



## ŞARTNAME

Tek kullanımlık olmalıdır. Aynı kaset ile hem vitrektomi hem fako işlemi yapılabilmelidir. Set tek paket içerisinde steril olmalıdır. Paket üstünde kit içeriği belirtilmiş olmalıdır. Numune denenerek alınacaktır.

Kit içeriğinde; a) 23 gauge vitrektomi kesicisi etkin olarak 10000 ve üzeri Kesi/dakika hızında olmalı. Kesinin hızı ve etkin olması önemlidir. Etkin kesi yapmayan teklifler elenecektir. b) Işık kaynağına göre geniş açılı veya shielded ışık probu, Yeterli ışık vermeyen teklifler elenecektir. c) sıvı dağıtım sistemini içeren kapalı kaset sistemi ve tubing set, d) 3 adet 23 G One-step trokar ve 23 G trokar kanülleri, kanül yüklü 3 adet inserter bulunmalıdır. Inserter için ölçek bulunmalıdır, trokar valvleri sızdırmaz olmalıdır, yeterince keskin olmayan ve sızdırın trokar sistemi içeren teklifler elenecektir. e) 1 adet infüzyon hattı bulunmalıdır.

Teklifi alan firma, aşağıda özellikleri verilen 2 adet cihazı kullanım amaçlı olarak vitrektomi setlerinin bitimine kadar hastanemizde bulundurmakla yükümlü olacaktır:

1. Vitrektomi cihazları fako modülü içermeli ve temin edilen cihazla birlikte 1'er adet fako elciği, fragmatom elciği ile bimanüel I/A probu içermelidir.
2. Kesi hızı 10000/dk veya üzerinde olmalıdır.
3. Işık kaynağı bulunmalıdır.
4. Entegre endolaser cihazı bulunmalıdır.
5. Elektrik kesintisi durumunda cihazı açık tutabilecek UPS bulunmalıdır.
6. Cihaz çalışması için yeterli basınç sağlanamazsa 2 adet kompresör kurulmalıdır.
7. Vitrektomi cihazı arızası durumunda, cihaza 24 saat içerisinde müdahale edilmelidir ve ücretsiz olarak tamir ettirilmelidir. Tamir gereken durumlarda, tamir 3 günden uzun sürecek ise, tamir süresince kullanılmak üzere aynı özelliklerdeki bir cihaz temin edilmelidir. Cihaz 2018 ve sonrası imal edilmiş olmalıdır. Toplam 50 (elli) adet cihaza uyumlu, silikon enjeksiyon ve ekstraksiyon seti temin edilmelidir.
8. Avize aydınlatma sistemi (25 G veya daha ince olmalı) etkin aydınlatma sağlamalıdır.
9. Cihaza uygun, sadece FAKO yapmak amaçlı ekonomik FAKO kaseti olmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet M. HONDUR  
T.C. Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet M. HONDUR  
Gazi Hastanesi MO. Gazi Üniversitesi  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. No: 003. 2104 - Dip. Tes. No: 9881  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. No: 003. 2104 - Dip. Tes. No: 98511

Doç. Dr. Betül Seher UYSAL  
Gazi Univ. Tıp Fak. Hastanesi  
Göz Hastalıkları  
Dip. Tesoli No: 147 604