



TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 237~~40~~25-01-159
Konu : Merkez Ambar için Kirmizi Kapaklı Kan Alma Tüpü Alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkaz Ambar Deposu / D.S Merkez Ambar Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 27/01/2025 17:00:00
İlan Tarihi : 24/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıdaki cins ,miktar ve özelliklerini belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzeltenecek, belirtilen tarih ve saatte kadar Satın Alma Bürosuna gönderebilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2-Ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası/markaları ve ambalaj şıklarının yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat veriliп birim fiyatlarının rakamla ve yazıya yazılması
- 5-Üzerinde kazanç silinti düzeltme bulunuşması,
- 6-Ad soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkilii kişilere imzalanması ,
- 7-Teklif verilmeyeyeceкse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teknik mektubunda bildirilmesi

Onemli 9-Teklif edilen her kalemın UBB kodu teklike yer alacaktır.
UBB Kodu T.C. İlac ve Tibbi Cihaz Ulusal Bigi Banksına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)iye kayıtlı ve kayıt tekli tarihi ibareyle geceri olmalıdır. Alıma çıkışları her kalem için ayrı ayrı TİTUBB' da ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır.
ait tekli değerlendirmeye alınmayacağı.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı tekli tarihi ibareyle tekli vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bigi Banksası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bigi Formunu tekli zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARIYLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKCA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatisnalma@gazi.edu.tr

S.No	M Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J08-011687	KAN ALMA TÜPÜ (KIRMIZI KAPAKLI).	10000	ADET

Menş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

VAKUMLU PIHTI AKTİVATÖRLÜ (KIRMIZI KAPAKLI) KAN ALMA TÜP TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Tüpler polietilenentereftalat (PET) malzemeden yapılmış plastik olmalıdır.
2. Tüpler 4000 rpm'lik santrifügasyona dayanıklı ve kesinlikle kırılmaz olmalıdır.
3. Tüpler steril ve vakumlu olmalıdır.
4. Tüpler en fazla 5 ml kan almalıdır ve bu tüpün üzerinde yazılı olmalıdır.
5. Tüpler 100 mm uzunluğunda ve dıştan 13 mm çapında silindir şeklinde olmalıdır.
6. Tüpün iç yüzeyine pihtlaşmayı hızlandırmak için püskürtülen pihti aktivatörü ile kaplanmış olmalıdır.
7. Tüpler aerosol etkiyi (kapak açıldığında kan sıçraması) önleyecek biçimde Hemogard kapaklar ile kapatılmış olmalıdır.
8. Tüp kapakları tekrar açılıp kapanmayı sağlayacak biçimde olmalıdır.
9. Tüpün alt ucu kapalı, yarım küre biçiminde olmalı, düz olmamalıdır.
10. Tüpün açık ucu, tüp içindeki vakumu koruyucu şekilde lastik tıpa ve bunun üzerinde kapağı açıldığı sırada kan sıçramasını engelleyecek şekilde koruyucu kapak ile kapatılmış olmalıdır. Tüpün kapağı iğnenin girebileceği ve iğnenin kendiliğinden geri atmayacağı sertlikte olmalıdır.
11. Tüpün kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre kırmızı renkte olmalıdır.
12. Tüp üzerinde renk ile uyumlu etiket bulunmalıdır. Etiket üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işaretü, ürün adı, dolum hacmi (ml cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.
13. Ambalajlar sağlam olmalı yükleme taşıma esnasında sağlanmış ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır. İç ambalajlar 100 adet lilik köpük tüp sporları üzerinde paketlenmelidir.
14. Tüpler laboratuvarın önereceği miktar doğrultusunda (en az 100 adet) denenmek üzere verilmelidir.
15. Daha sonraki rutin çalışmalar sırasında tüplerle ilgili yukarıdaki maddede belirtilen problemler olması durumunda bu tüpler firma tarafından yeni lot numaralı tüpler ile değiştirilecek ve sorunların çözülmesi sağlanacaktır.
16. İhale dosyasında teklif edilen ürünlere ait ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı bulunmalıdır.

Prof.Dr.Ozlem GÜLTAHAR
T.C. G.U.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dip.Nö:2307 Dip.Tes.No:50354

Prof.Dr. Hatice PASAOĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya / D.
Dip.Nö:2307