



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2099ED24-04-1747  
Konu : 2 kalem biyopsi iğnesi alımı  
Talep Eden Birim : Poliklinik Depoları / Üroloji Polikliniği/ Stogu  
Son Teslim Tarihi & Saat : 22/04/2024 17:00:00  
İlan Tarihi : 19/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Adı, soyadı veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilere imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyeceğe FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF YERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECEKTİR.  
TEKLİFTE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :nastanesatir@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Mikotü     | Malzeme Açıklaması  | Miktar | Birim |
|------|------------|---|--------|-------|
| 1    | J01-010270 | OR2300 BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAVA UYUMLU İĞNE 18 G. 20 CM. | 100    | ADET  |
| 2    | J01-011318 | OR2320 BİYOPSİ İĞNESİ, ASPİRASYON, MANUEL, CHİBA 18 G 20 CM.                  | 50     | ADET  |

MEMİŞ ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :  
Teslimat :  
EK :  
www.hisss.gazi.edu.tr  
Şartname Eki Dosyada Sunulmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

## TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1  
İstem Tarihi : 16/04/2024  
Bölüm Adı : Üroloji Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 16/04/2024 11:12:00

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı  |
|--------------|--|
| J01-011318   | OR2320 BİYOPSİ İĞNESİ, ASPİRASYON, MANUEL, CHIBA 18 G 20 CM. |

### CHIBA İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İç içe geçen dışta bir kanül ve içte bir iğneden oluşmalıdır.
2. 18 G, 20 cm boyutlarında olmalıdır.
3. Dış kanül ucu luerlock enjektör bağlantısına uygun olmalıdır.
4. Dayanıklı çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır. İğne ucu doku girişi için uygun keskinlikte olmalıdır.
5. Transrektal biyopsi sırasında lokal anestezi uygulaması için kullanılacaktır.
6. Uygun şekilde steril ambalajda ve en az bir yıllık son kullanma tarihi olmalıdır.
7. Teklif ile birlikte bir adet numune verilmelidir.

#### HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr. Metin ONARAN  
T.C.G.Ü.İ.F. Gazi Hastanesi  
Üroloji  
Diploma No: 10996  
Diy. Tesol No: 84227

Prof.Dr. Metin ONARAN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

#### ONAYLAYAN



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1  
İstem Tarihi : 16/04/2024  
Bölüm Adı : Üroloji Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 16/04/2024 11:01:00

**Malzeme Kodu** : J01-010270  
**Malzeme Adı** : OR2300 BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAYA UYUMLU İĞNE 18 G. 20 CM

PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesi kliniğimizde kullanılan Pro-Mag 1 tru-cut otomatik biyopsi makinesi veya MaxiCore U tipi makineler ile uyumlu olmalıdır ya da teklife uygun biyopsi makinesi ücretsiz verilmelidir.
2. İç içe iki kanülden oluşmalı, iç kanülden 17 mm uzunluğunda parça alma haznesi bulunmalıdır.
3. İğne 18 G kalınlıkta, 20 cm uzunlukta olmalıdır.
4. Uygun şekilde steril ambalajda bulunmalı, ambalaj üzerinde ürün bilgileri, son kullanma tarihi, ürün ithal ise ithalatçı firma veya bayi adresi bulunmalıdır.
5. Ürünün en az iki yıllık son kullanma tarihi olmalıdır.
6. Teklif ile birlikte bir adet numune verilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Metin ONARAN  
T.C.G.Ü. T.İ. Gazi Hastanesi  
Diyadinin No: 10996  
Dip. No: 84227

Prof. Dr. Metin ONARAN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi