



VENTİLATOR CİHAZI OKSİJEN SENSÖRÜ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek Oksijen Sensörü Drager marka Babylog8000 model ventilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2) Oksijen sensörünün ölçüm aralığı en az %18 ile %100 arasında olacaktır.
- 3) Oksijen sensörünün üretim tarihinden itibaren en fazla 1 yıl raf ömrü olacaktır.
- 4) Teklif edilen sensör ortam havasına temas etmeyi engelleyen orijinal ambalaj içerisinde olacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 6) Oksijen sensörü ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 7) Oksijen sensörü üretim hatasına karşı garantili olacaktır.





Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.



Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

VENTİLATÖR CİHAZI OKSİJEN SENSÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek Oksijen Sensör Carefusion marka Vela model ventilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2) Oksijen sensörünün ölçüm aralığı en az %18 ile %100 arasında olacaktır.
- 3) Oksijen sensörünün üretim tarihinden itibaren en fazla 1 yıl raf ömrü olacaktır.
- 4) Teklif edilen sensör ortam havasına temas etmeyi engelleyen orijinal ambalaj içerisinde olacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 6) Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 7) Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 8) Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 9) Teslim edilecek oksijen sensör orijinal olacaktır.
- 10) Yüklenici oksijen sensörü depoya teslim edilmeden önce, oksijen sensörün orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 11) Oksijen sensör ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 12) Oksijen sensör üretim hatasına karşı garantili olacaktır.



VENTİLATÖR CİHAZI OKSİJEN SENSÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek Oksijen Sensör Puritan Bennett marka 840 model ventilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2) Oksijen sensörünün ölçüm aralığı en az %18 ile %100 arasında olacaktır.
- 3) Oksijen sensörünün üretim tarihinden itibaren en fazla 1 yıl raf ömrü olacaktır.
- 4) Teklif edilen sensör ortam havasına temas etmeyi engelleyen orijinal ambalaj içerisinde olacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 6) Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 7) Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 8) Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 9) Teslim edilecek oksijen sensör orijinal olacaktır.
- 10) Yüklenici oksijen sensörü depoya teslim edilmeden önce, oksijen sensörün orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 11) Oksijen sensör ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 12) Oksijen sensör üretim hatasına karşı garantili olacaktır.

TEKİRGÖZ ÜNİVERSİTESİ
Tıbbi Cihaz Birimi
Tıbbi Cihazlar
Birim Başkanı



TEKİRGÖZ ÜNİVERSİTESİ
Tıbbi Cihaz Birimi
Birim Başkanı

