



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 21/02024-05-1887  
Konu : 1 Kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Poliklinik Depoları / Göğüs Hastalıkları Polikliniği Stoğu  
Son Teslim Tarih & Saat : 08/05/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/05/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

## İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-031251	VIDEO BRONKOSKOP.	1	ADET

Memiş ÇOBAN  
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

[www.ihsis.gazi.edu.tr](http://www.ihsis.gazi.edu.tr)

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26289

Döküm Tarihi : 30/04/2024 13:37:00

İstem Tarihi : 30/04/2024

Bölüm Adı : Göğüs Hastalıkları Polikliniği Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J03-031251

VIDEO BRONKOSKOP.

## HD Video Bronkoskopi Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Cihazın saha görüş açısı en az 120 derece olmalıdır.
2. Cihazın görüş alanı derinliği 3-100 mm arasında olmalıdır.
3. Cihaz önden görüşlü olmalıdır.
4. Cihazın hastaya tatbik edilen distal ucunun dış çapı en fazla 6,2 mm olmalıdır.
5. Cihazın hasta içine giren tüpün, bükülebilir dış çapı en fazla 6,4 mm olmalıdır.
6. Cihaz flexible yapıya sahip olmalıdır.
7. Cihazın (forceps) iç kanal çapı en az 2.8 mm olmalıdır.
8. Cihazın uç kısmının bükülebilme açıları yukarı 180 derece, aşağı 130 derece, olmalıdır.
9. Cihazın çalışma uzunluğu en az 600 mm(+/-%5) olmalıdır.
10. Cihazda suction (aspirasyon) özelliği bulunmalıdır.
11. Cihazın aspirasyon butonu değiştirilebilir nitelikte plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
12. Cihaz komple su geçirmez özelliğe sahip olmalıdır.
13. Cihaz komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir olmalıdır.
14. Cihaz ünitelerde kullanılmakta olan Pentax marka Prosesör cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.
- 15.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof.Dr. Nilgün YILMAZ DEMİRÇİ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof.Dr.Müge AYDOĞDU  
T.C.G.U.T.F. Gazi Hastanesi  
GÖĞÜS HASTALIKLARI  
Diploma No: 99-392/26  
Dic. Tes. No: 93981