



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İHTİYAÇ LİSTESİ

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 21/1 2024-05-1899  
Konu : 2 Kalem medikal sarf matzeme alımı

Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoku  
Son Teslim Tarih & Saat : 06/05/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/05/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen matzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Profolorma faktörünün aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bütösuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen matzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması ,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen matzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlıği tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlıği tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ODEMELEER MAL MÜAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

S.No	M Kodu	Matzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-013176	GZ1008 CERRAHİ İŞARETLEME KALEMİ.	2500	ADET
2	J01-014988	OR1650-80 SILIKON DREN (YASSI) 10 MM.	500	ADET

MEMİŞ ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :  
Teslimat :  
EK :  
www.ihale.gazi.edu.tr  
Şartname Eklisi Dosyasıda Sunulmaktadır.

## J01-013176 GÖZ İŞARETLEME KALEMİ

- 1.Göz ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Steril poşet içinde olmalıdır.
- 3.Tekrarlanan kullanıma uygun olması için keçeli ucu ince, kalem bileşkesi kalın olmalıdır.(fine-tıp)
- 4.CE onaylı olmalıdır.
- 5.Üretici firmanın adı üretim tarihi sterilizasyon süresi ve CE işaretli ürünün ambalajında orijinal baskılı olmalıdır.
- 6.Ürün seçimine numune değerlendirilerek karar verilecektir.

Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ  
Ameliyathane Birim  
Sorumlusu

Prof. Dr. Atakan Karah  
19683/23151  
Becht

## J01-014988 SİLİKON YASSI 10 MM DREN

- 1.Üstün biouyumluluk için %100 medikal silikondan üretilmelidir.
- 2.Tıkanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.Flat kısmı tamamen üstün drenaj saplamalıdır.
- 4.Flat drenaj türü radiopak olmalıdır.
- 5.İkili pakette steril olmalıdır.
- 6.Yumuşak yapıda olmalıdır, ancak güçlü ve dayanıklı olmalıdır, tıkanmalar en aza indirgenmelidir.
- 7.CE belgesine sahip olmalıdır.
- 8.Paketlerin üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
- 9.Malzemenin depoya teslim edildiği tarihten itibaren en az 3 yıl raf ömrü olmalıdır.
- 10.Silikon dren sistemi yaraya yapışmamalı ve minimum reaksiyon vermelidir.
- 11.Dren çıkartılırken meydana gelebilecek doku travmaları en aza indirgenmelidir.
- 12.Dren ebatları 4x10 mm yassı olmalıdır.
- 13.Drenaj sistemi yüzde yüz silikondan imal edilmiş, rezervuarı düşük basınçta hassas aspirasyon sağlamalıdır.
- 14.Rezervuar ebatları: 200 cc olup askı ve yatak klipi olmalıdır.
15. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Prof. Dr. Abdulkadir Bekir  
19683 / 23252

Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ  
Ameliyathane Birim  
Sorumlusu