



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstemi No/Alım No : 21/ 2024-05-1900
Konu : 1 kalem trombinli akcişkan kanam durdurucu alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoğu
Soni Teslim Tarih & Saat : 06/05/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/05/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması;
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi;
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması;
- 4- TL (Türk Lirası) Olarak fiyat verilir. Birim fiyatların rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması;
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması;
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ;
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İçişleri Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıktılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatkiçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatkiçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMARALANAN GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MÜAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M Kodu	Malzeme Adı/Birimi	Miktar	Birim
1	J01-010052	OR4435 HEMOSTATİK ÜRÜN, AKIŞKAN, TROMBINLİ KANAMA DURDURUCU	250	ADET

MEMİŞ ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.ihale.gov.tr
Şartname Eklil Dosyada Sunulmaktadır.

J01-010052 AKIŞKAN TROMBİNLİ KANAMA DURDURUCU

ABSORBE OLABİLEN TROMBİNLİ AKIŞKAN JELATİN HEMOSTATİK MATRİKS TEKNİK ÖZELLİĞİ

1. Ürün, en az 2090 IU trombin içermelidir.
2. Ürün en az 5 ml hacminde akışkan olarak sağlanabilmelidir.
3. Ürün, cerrahi işlem sırasında pakedi içerisindeki veya ameliyathanede hazır bulunan yardımcı ürünler ile kullanılabilir olmalıdır.
4. Ürün vücut dokularıyla uyumlu, vücutta emilebilir ve biyoçözünür yapıda olmalıdır.
5. Ürün hazırlanacaksa olabildiğince kısa sürede hazırlık tamamlanmalıdır.
6. Ürün ameliyathane koşullarında kullanıma hazır olarak en az 4 saat bekletilebilmelidir.
7. Ürünün ameliyathane koşullarında bekleme sırasında trombin miktarı ve akışkanlığı azalmamalıdır.
8. Personel güvenliği açısından, ürün iğnesiz hazırlanmalıdır.
9. Ürün hazırlanacaksa, paket içerisinde tüm hazırlık bileşenlerini içermelidir.
10. Ürün kılcal sızıntılar, arter ve venöz kanamalar dahil olmak üzere tüm cerrahi ve acil (göz hariç) girişimsel, yarı girişimsel ve girişimsel olmayan operasyonlar ile açık ve kapalı yaralarda yatay dikey ve düzensiz kesilerde kullanıma uygun olmalıdır. Ürün düzgün olmayan yüzeylerde topikal olarak uygulanabilmelidir.
11. Kanama durdurucu etkisini en fazla 120sn`de gösterebilmeli ve tekrarla uygulanabilmelidir. Büyük debili kanamalarda gerektiğinde basınç uygulaması eşliğinde de uygulanabilmelidir.
12. İstenildiği takdirde pakedi içerisindeki veya standart ameliyathanede hazır bulunan yardımcı ürünlere takılacak uçlarla kullanılabilir.
13. Ürün içerikleri steril olmalıdır.
14. Ürün oda sıcaklığında (2-25 C) en az 12 saat saklanabilmelidir.
15. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirmede; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka sırasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Ebru GÜNÜŞARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

YMA