


RZ MARKA 0⁰ OPTİK LENS TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan RZ marka W031 seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamirati yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.





OLYMPUS MARKA 0⁰ OPTİK LENS TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan OLYMPUS marka WA96200A seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamirati yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS`ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.




OLYMPUS MARKA 0⁰ OPTİK LENS TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Olympus marka WA2T400A seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamirata yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.




KARL STORZ MARKA 45⁰ OPTİK LENS TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 439009 seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif edecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamiratu yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.



KARL STORZ MARKA 30⁰ OPTİK LENS TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 120FTB seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamirata yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS`ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.



KARL STORZ MARKA 6⁰ OPTİK LENS TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 100438 seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamirata yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

