

## EKSPİRASYON YUVASI ALIMI

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek ekspirasyon yuvası Carefusion marka Vela model ventilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2- Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 3- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 4- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Teslim edilecek ekspirasyon orijinal olacaktır.
- 7- Yüklenici diyaframı teslim edilmeden önce, ekspirasyon yuvasının orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 8- Ekspiraasyon yuvası ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 9- Yüklenici diyaframı sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

İmza: UYUKCH  
Tıbbi Cihaz  
Tekniker

