

HASTABAŐI MONİTÖRÜ SATURASYON PROBU
ALIMI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu Mindray marka MEC-2000 model hastabaŐı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2) Saturasyon probu ara kablosu, prob ucu ile beraber takım olacaktır.
- 3) En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ($\pm\%10$).
- 4) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 5) Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır.
- 6) Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 7) Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dıŐı bırakılacaktır.
- 8) Teslim edilecek saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu orijinali veya muadili olacaktır.
- 9) Yüklenici saturasyon probunun ara kablosunu ve prob ucunu depoya teslim edilmeden önce, saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucunun orijinal veya muadili olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 10) Saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu ikinci el olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 11) Saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu üretim hatasına karşı garantili olacaktır.
- 12) Yüklenici saturasyon probu ara kablosunu ve prob ucunu sipariŐ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.