

**AMELİYAT MASASI TAMİRİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz Ameliyathane Ünitesinde kullanılan Maquet marka Meera model ameliyat masası arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine veya Ameliyathane Ünitesine teslim edecektir.
6. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
7. Cihaz en fazla 10 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine veya Ameliyathane Ünitesine çalışır durumda teslim edilecektir.

