

ANESTEZİ CİHAZI MANOMETRESİ ALIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek manometre Aeommed marka Aoemmed A7400 model anestezi cihazına uyumlu olacaktır.
- 2- Yüklenici tarafından teslim edilecek manometre -20 ile 100 arasında göstergeli olacaktır.
- 3- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 4- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- İstekliler tarafından teklif manometre ikinci el veya kullanılmış olmayacaktır.
- 7- Yüklenici yetişkin körük idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- 8- Yüklenici yetişkin körüğü sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.