

KARBONDİOKSİT MODÜLÜ CİHAZI TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz Anestezi Yoğun bakım bölümünde kullanılan Ge marka, E-sCAiO model karbondioksit modülü cihazı arızalanmıştır.
- 2.Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis Raporunu Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
- 3.Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 4.İstekliler tamir edilen cihaza 6 ay tamir, 1 yıl da değiştirilen malzeme veya parça garantisi verecektir.
- 5.İstekliler tamir yapılan cihazın kalibrasyonunu da yapıp çalışır durumda Tıbbi Cihaz Birimine veya Anestezi Yoğunbakım bölümüne teslim edecektir.
- 6.Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
- 7.Cihaz tamir için yükleniciye teslimden sonra, en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Tıbbi Cihaz Birimine veya Anestezi Yoğunbakım bölümüne teslim edilecektir.

