

HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek EKG kablosu GE marka B650 model hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2- EKG kablosu timsah ağızlı, 5 leadli olacaktır.
- 3- EKG kablosunun uçları kablo gövdesinden çıkarılabilir, takılabilir olacaktır.
- 4- En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ($\pm\%10$).
- 5- Teslim edilecek EKG kablosu orijinal veya muadili olacaktır.
- 6- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 7- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır. Cihaz yerinde görüldü formu doldurmayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 8- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 9- İstekliler tarafından teklif edilen EKG kablosuna ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
- 10- İstekliler tarafından teklif edilen EKG kablosu ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
- 11- Yüklenici EKG kablosunu idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- 12- Yüklenici tarafından teslim edilen EKG kablosu üretim hatalarına karşı 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
- 13- Yüklenici EKG kablosunun sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

