

SKOPİ CİHAZI TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz Radyoloji Ünitesinde kullanılan Ziehm marka Vision model 9511 seri numaralı skopi cihazı arızalanmıştır.
- 2.Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis Raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 3.Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 4.İstekliler tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
- 5.İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda ve tüm fonksiyonları kontrol edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine veya Radyoloji Ünitesine teslim edecektir.
- 6.Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
- 7.Cihaz tamir için yükleniciye teslimden sonra, en fazla 7 (yedi) gün içinde tamir edilerek Biyomedikal Birimine veya Radyoloji Ünitesine teslim edilecektir.
- 8.Cihaz E1226-E1726 hataları vermektedir.

Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Teknik Şartname

