

KARL STORZ MARKA MONİTÖR TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz K.V.C Ameliyathane Ünitesinde kullanılan Karl Storz marka 9627NB/KS-27 model veC845XU042 seri numaralı monitör arızalanmıştır.
2. 1 Adet monitör tamir isteğidir.
3. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
4. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

Kaan Koca
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni