


HASTABAŐI MONİTÖRÜ SATURASYON PROBU ALIMI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1.İstekliler tarafından teklif edilecek saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu GE marka B40 model hastabaŐı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2.Saturasyon probu ara kablosu, prob ucu ile beraber takım olacaktır.
- 4.En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ($\pm\%10$).
- 5.Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır.
- 6.Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 7.Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dıŐı bırakılacaktır.
- 8.Teslim edilecek saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu orijinal veya muadili olacaktır.
- 9.Yüklenici saturasyon probu ara kablosunu ve prob ucunu depoya teslim edilmeden önce, saturasyon probu ara kablosu ve prob ucunun orijinal ve muadili olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 10.Saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu ikinci el olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi
Seçil Arslanhanlı Uzman Yardımcısı
Tıbbi Cihaz Birim Başkanı
Gözetim Kurulu Başkanı



Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi
Seçil Arslanhanlı Uzman Yardımcısı
Tıbbi Cihaz Birim Başkanı
Gözetim Kurulu Başkanı

