

HALOJEN LAMBA ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hastanemiz Göz Ameliyathane Ünitesinde kullanılan Leica marka M844 F40 model Ameliyat mikroskobuna uyumlu olacaktır.
- 2- 10384643 kodlu 12V 50W halojen lamba olacaktır.
- 3- Teklif verecek firmalar Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Atölyesinde numune getirecektir.
- 4- Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
- 5- Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 6- 10 Adet olacaktır.

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Atölyesi
Biyomedikal Teknisyeni

Murat DOĞAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Atölyesi
Biyomedikal Teknisyeni