



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1

Döküm Tarihi : 28/05/2024 14:07:00

İstem Tarihi : 28/05/2024

Bölüm Adı : Radyoloji Anjiyo Stoğu

Malzeme Kodu

J01-013152

Malzeme Adı

ACT TEST KÜVETİ

ACT Test Küveti Teknik Şartnamesi

1. Act + test küvetleri hasta başında, heparinizasyon yapılan hastaların Act değerini ölçmek için geliştirilmiş olmalıdır
2. Act + Test küvetleri yapılan testi cihaza otomatik olarak tanıtan optik sisteme sahip olmalıdır
3. Act + Test küvetleri microsample (tek damla kan) ile çalışabilecek yapıda olmalıdır.
- 4-Act Test küvetlerinin kullanılacağı cihaz Hasta başında farklı küvetlerle
 - a-Act
 - b-Act Düşük Seviye
 - c-Pt (INR)
 - d-Aptt
 - e-AntiXatest ve ölçümlerini yapabilmelidir
5. Act + Test küvetleri Hemochron Jr II, Hemochron Jr Signature cihazlarıyla uyumlu olmalıdır
6. Act + Test Küvetleri ambalajı açıldıktan itibaren 24 saat bozulmadan teste hazır olarak kalabilmelidir
7. Act + Test Küvetleri Hipotermiden etkilenmemelidir
8. Act +Test Küvetleri Hemodilasyondan etkilenmemelidir
kullanılabilmelidir.
9. Act + Test küvetleri tekli ambalajlarda kullanıma hazır olmalıdır
10. Paketlerin üzerinde barkod numaları bulunmalıdır..

HAZIRLAYANLAR

Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast
Tolga ALTAY
Birimlilik Radyoloji ve Sonolu Teknisyen.
Dip. No: 15143

Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast
Öğr. Gör. Dr. Erhan ÖNCÜ
Radyoloji AD Dip. No: 0813610084
Dip. Tes. No: 113564

ONAYLAYAN

Sağlık Teknisyeni Tolga ALTAY

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi