

RADYOFREKANS CİHAZI VE OZON CİHAZININ KALİBRASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik şartname Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Ağrı Merkezinde bulunan Radyofrekans cihazı ve Ozon cihazının kalibrasyonu gerçekleştirilmesine ait genel ve teknik özellikleri kapsar.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

- 2.1. 2 adet Radyofrekans cihazı ve 1 adet Ozon cihazının, Kalibrasyon İşlemi Tıbbi Cihaz Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkındaki Yönetmeliğe uygun şekilde yapılacaktır.
- 2.2. Kalibrasyonlarını yapmaya yetkili olduğunu ve bununla ilgili prosedürlere sahip olduğunu dair belgeleri teklif mektubu ile birlikte verecektir.
- 2.3. Kalibrasyonlarının yapılmasında kullanılacak olan cihazlar, uluslararası izlenebilirliğe sahip olmalıdır.
- 2.4. Kalibrasyon sertifikasında, yapılan kalibrasyon işlemi ile ilgili ölçüm belirsizliği ve standart sapma aralığı sertifikanın eki olarak yer almalıdır.
- 2.5. Kalibrasyonun gerçekleşeceği laboratuvarın çevre koşulları, standartlara uygun olmalı ve bu durum sertifikada belirtilmelidir.
- 2.6. Kalibrasyon sertifikasında, kalibrasyonu yapan personel bilgileri yer almalıdır.
- 2.7. Kalibrasyon sertifikasında kullanılan kalibratörlerin isimleri ve kalibrasyon tarihleri (geçerli olacak şekilde) bulunmalıdır.
- 2.8. Kalibrasyonu yapılacak firma cihazları bulunduğu yerde kalibrasyonlarını yapacaktır.


Hazırlayan
Tekniker
Halil ÖZ


Kontrol Eden
Tekniker
Atilla AYKAÇ