

HASTABAŐI MONİTÖRÜ OBEZ TANSİYON MANŐON ALIMI

TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. İstekliler tarafından teklif edilecek obez tansiyon manőonu hastanemizde kullanılan hastabaŐı monitörlerine uyumlu olacaktır.
2. Tansiyon kol bezi obez hastalarda kullanılmak üzere kol bezi 64/17.5 cm olacaktır.
3. Tansiyon kol bezinin iç manőonunun hortum uzunluđu 25cm ile 30cm arası olacaktır.
4. Tansiyon manőonunun dıŐ kılıfı temizlenebilir özellikte olacaktır.
5. Kolu rahatsız etmeyecek yapıda olacaktır.
6. Anti alerjik olacaktır.
7. Üzerinde kol bezi ölçülerini gösteren ibare olacaktır.
8. İç manőonla beraber olacaktır.
9. Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır. Numune formu doldurmayan isteklilerin teklifi deđerlendirilmeyecektir.
10. Deđerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
11. Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi deđerlendirme dıŐ bırakılacaktır.
12. İstekliler tarafından teklif edilen tansiyon hortumu ve manőonuna iliŐkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
13. İstekliler tarafından teklif edilen tansiyon hortumu ve manőonu ikinci el, fason üretim veya kullanılmıŐ, ambalajı açılmıŐ olmayacaktır.
14. Yüklenci tansiyon hortumu ve manőonu idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
15. Yüklenci tansiyon hortumu ve manőonu sipariŐ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

Sađlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi

YÖNETİCİSİ

GÖZDEMİR ÖZDEMİR

Tıbbi Cihaz Birimi

Dr. N. N. KULLANOĐLU

SAĐLIK ARAŐTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETİCİSİ

Tıbbi Cihaz Birimi