



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2163824-06-2420
Konu : Kadın Hastalıkları Ve Doğum Servisi için 3 Kalemler Tıbbi Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : Servis Depoları / K.H.D.Servis (9.Kat) Stöğü
Son Teslim Tarih & Saat : 25/06/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 24/06/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profoma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silini, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011669	KARMEN KANULU NO:4	100	ADET
2	J01-011717	KARMEN KANUL NO:6	200	ADET
3	J01-011716	KARMEN KANUL NO:5	400	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.ozgi.edu.tr

Şartname Eklisi Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 11/06/2024
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 11/06/2024 12:29:00

Malzeme Kodu : J01-011716
Malzeme Adı : KARMEN KANÜL NO:5

KARMEN KANUL NO:5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-KARMEN KANUL UTERUSA UYUM SAĞLAMAK İÇİN ESNEK OLMALIDIR.
- 2-KARMEN KANUL UÇ KISMI DÜZGÜN BİR BİÇİMDE YUVARLAKLAŞTIRILMIŞ OLMALIDIR.
- 3-UÇ KISMINDA YAKLAŞIK 1 CM2 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLIK OLMALIDIR.
- 4-UÇ KISMINDAKİ AÇIKLIK DÜZGÜN KESİMLİ OLMALI ÜZERİNDE PLASTİK ARTIĞI VE LİFLERİ OLMAMALIDIR.
- 5-KANULUN ÜZERİNDE BOYUTLARINI GÖSTEREN SİLİNMEZ VE ISLAKLIKTAN ETKİLENMEYEN BOYA İLE İŞARETLENMİŞ OLMALI.
- 6-KANULUN ARKA KISMINDAKİ UYGULAMA BAŞLIĞI HER TÜR KARMEN ASPIRATÖRÜNE UYGUN OLMALIDIR.
- 7-KANÜL DEZENFEKTAN OLARAK KULLANILAN KİMYASALLARDAN OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENMEMELİDİR.
- 8-HER KANUL TEK STERİL AMBALAJLANMALIDIR.AMBALAJDA KANULLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER YER ALMALIDIR.

Öğr. Gör. Dr. Esra İÇÖZ BOZTAĞCI
T.C. G.Ü.T.F. Gaz. (Sağ. Bilim)
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. Tes. No: 134532

Prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hast. ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 87-AA-091
Dip. Tescil No: 43712

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Hemşire Ülkü AKBUDAK KURTÇU
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 11/06/2024
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 11/06/2024 12:30:00

Malzeme Kodu : J01-011717
Malzeme Adı : KARMEN KANÜL NO:6

KARMEN KANUL NO:6 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-KARMEN KANUL UTERUSA UYUM SAĞLAMAK İÇİN ESNEK OLMALIDIR.
- 2-KARMEN KANUL UÇ KISMI DÜZGÜN BİR BİÇİMDE YUVARLAKLAŞTIRILMIŞ OLMALIDIR.
- 3-UÇ KISMINDA YAKLAŞIK 1 CM2 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLIK OLMALIDIR.
- 4-UÇ KISIMDAKİ AÇIKLIK DÜZGÜN KESİMLİ OLMALI ÜZERİNDE PLASTİK ARTIĞI VE LİFLERİ OLMAMALIDIR.
- 5-KANULUN ÜZERİNDE BOYUTLARINI GÖSTEREN SİLİNMEZ VE ISLAKLIKTAN ETKİLENMEYEN BOYA İLE İŞARETLENMİŞ OLMALI.
- 6-KANULUN ARKA KISMINDAKİ UYGULAMA BAŞLIĞI HER TÜR KARMEN ASPIRATÖRÜNE UYGUN OLMALIDIR.
- 7-KANÜL DEZENFEKTAN OLARAK KULLANILAN KİMYASALLARDAN OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENMEMELİDİR.
- 8-HER KANUL TEK STERİL AMBALAJLANMALIDIR.AMBALAJDA KANULLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER YER ALMALIDIR.

Oğr. Gör. Dr. Esra İŞÇİ BOSTANCI
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. Tesc. No: 431532

Prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hast. ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 87-AA-091
Dip. Tescil No: 43712

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Hemşire Ülkü AKBUDAK KURTÇU

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 11/06/2024
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 11/06/2024 12:30:00

Malzeme Kodu : J01-011669
Malzeme Adı : KARMEN KANÜLÜ NO:4

KARMEN KANUL NO:4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-KARMEN KANUL UTERUSA UYUM SAĞLAMAK İÇİN ESNEK OLMALIDIR.
- 2-KARMEN KANUL UÇ KISMI DÜZGÜN BİR BİÇİMDE YUVARLAKLAŞTIRILMIŞ OLMALIDIR.
- 3-UÇ KISMINDA YAKLAŞIK 1 CM2 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLIK OLMALIDIR.
- 4-UÇ KISMIDAKİ AÇIKLIK DÜZGÜN KESİMLİ OLMALI ÜZERİNDE PLASTİK ARTIĞI VE LİFLERİ OLMAMALIDIR.
- 5-KANULUN ÜZERİNDE BOYUTLARINI GÖSTEREN SİLİNMEZ VE ISLAKLIKTAN ETKİLENMEYEN BOYA İLE İŞARETLENMİŞ OLMALI.
- 6-KANULUN ARKA KISMINDAKİ UYGULAMA BAŞLIĞI HER TÜR KARMEN ASPİRATÖRÜNE UYGUN OLMALIDIR.
- 7-KANUL DEZENFEKTAN OLARAK KULLANILAN KİMYASALLARDAN OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENMEMELİDİR.
- 8-HER KANUL TEK STERİL AMBALAJLANMALIDIR.AMBALAJDA KANULLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER YER ALMALIDIR.

Dr. Gör. Dr. Esra İÇİÖZSTANCI
T.C. G.Ü.İ.F. Gazi Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No: 87 AA 091
Dip. Tescil No: 43712

Prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hast. ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 87 AA 091
Dip. Tescil No: 43712

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Hemşire Ülkü AKBUDAK KURTÇU

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi