



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İHTİYAÇ LİSTESİ

İslem No/Alın No : 216-2024/06-2427  
Konu : 1 kalem aspirasyon kateteri alımı  
Talep Eden Birim : D.S.Merkezi, Ambar Deposu / D.S.Merkezi Ambar Stoku  
Son Teslim Tarih & Saat : 25/06/2024 17:00:00

TEKLİF İSTEM FORMU

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma fiyatının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saatte kadar Satın Alına Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınıl, silinir, çizilir, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmaması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarelin kesim siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır. ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıkılan her kalemin için ayrı ayrı TTUBB'de/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.  
\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF YERECİKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN SONRA KAYITLI OLMA ŞARTI ARANACAKTIR.  
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.  
\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF YERECİKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN SONRA KAYITLI OLMA ŞARTI ARANACAKTIR.  
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

S.No	Miktar	Birim	Miktar	Birim
1	3000	ADET		

MEMİS COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :  
Tedarikçi :  
EK :  
www.hbs.s.gazi.edu.tr  
Şartname Ekit Dosyasında Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1  
İstem Tarihi : 12/06/2024  
Bölüm Adı : Postanestezik Yoğun Bakım Ünitesi

Döküm Tarihi : 12/06/2024 11:36:00

Malzeme Kodu : J01-010100  
Malzeme Adı : OR1370 ASPIRASYON KATETERİ (SONDA) NO: 10

(J01-010105) ASPIRASYON SONDA NO: 10 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sonda şeffaf ve PVC' den yapılmış olmalı, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
2. Konnektör renkli PVC den yapılmış ve female olmalıdır.
3. Sondanın ucu açık ve 45 derece açı ile kesilerek yumuşatılmış olmalıdır.
4. Sonda 10 FR ölçülerinde olmalı, uzunluğu konektörden itibaren 50-52 cm (+/-1) olmalıdır.
5. Sondanın uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen 2 yan deliği bulunmalıdır.
6. Sondanın uç kısmı yuvarlatılmış, esnek ve travmatik olmalı ve paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.
7. Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.
8. Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
9. Paket üzerinde son kullanım tarihi belirtilmiş olmalı raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
10. Kateter endotrakeal tüp ve airway içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir.
11. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE marka onayı olmalıdır.
12. Sondalar tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalı, her bir malzeme ambalajında UBB barkod numarası belirtilmelidir.
13. Sondaların herbir numarasına göre bağlantı uçları farklı renklerde olmalıdır.
14. Firma tarafından en az 3 numune getirilecek ve nihayi karar numune incelemesinden sonra verilecektir.

ESRA KARATAŞ  
T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Postanestezik Bakım Ünitesi  
Servis Ünite Sorumlusu

HAZIRLAYANLAR

Melike Nur Günen

ONAYLAYAN