



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MLKodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010052	OR4435 HEMOSTATİK ÜRÜN AKIŞKAN TROMBINLİ KANAMA DURDURUCU	50	ADET

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 218-2024-06-2428
Konu : 1 Kalem akciğer trombinli kanama durdurucu alımı
Talep Eden Birim : Servis Depoları / Nefroşüncü Servisi Sığıu
Son Teslim Tarih & Saat : 25/08/2024 17:00:00

İlan Tarihi : 24/08/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına
İhtiyaç duyulmuştur. Proforma taturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma
Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale ödkülümünün tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalajı şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) Olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad soyad veya ticaret unvanı yazılmaması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi,
zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır.
TTTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere
ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi
olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde
sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hasstanesatinalma@gazi.edu.tr

www.ihiss.gazi.edu.tr
Şarname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

Opsiyon :


Teslimat :


EK :

www.ihiss.gazi.edu.tr
Şarname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

J01-010052 AKIŞKAN TRONBİNLİ KANAMA DURDURUCU
ABSORBE OLABİLEN TROMBİNLİ AKIŞKAN JELATİN HEMOSTATİK MATRİKS TEKNİK
ÖZELLİĞİ

1. Ürün, en az 2000 IU trombin içermelidir.
2. Ürün 8 ml hacminde viskozitesi yoğun olarak sağlanabilmelidir.
3. Ürün vücut dokularıyla uyumlu olup, 4-8 hafta içerisinde tamamen dokular tarafından emilebilmelidir.
4. Paket içerisindeki trombin, su ile hızlı bir şekilde çözülebilir özellikte olup, 1 dakika içerisinde trombin solüsyonu hazır hale gelmelidir.
5. Ürün ameliyathane koşullarında hazırlandıktan sonra 8 saat boyunca herhangi bir karıştırma işlemi gerektirmeksizin kullanılabilir.
6. Ürünün ameliyathane koşullarında bekleme sırasında trombin miktarı ve akışkanlığı azalmamalıdır.
7. Personel güvenliği açısından, ürün iğnesiz hazırlanmalıdır.
8. Ürün, tüm cerrahi ve acil (göz hariç) girişimsel, yarı girişimsel ve girişimsel olmayan operasyonlar ile açık ve kapalı yaralarda yatay dikey ve düzensiz kesilerde kullanıma uygun olmalıdır. Ürün düzgün olmayan yüzeylerde topikal olarak uygulanabilmelidir.
9. Kanama durdurucu etkisini en fazla 120 sn'de gösterebilmeli ve tekrarlar uygulanabilmelidir. Büyük debili kanamalarda gerektiğinde basınç uygulaması eşliğinde de uygulanabilmelidir.
10. Ürün hazırlanacaksa, paket içerisinde tüm hazırlık bileşenlerini içermelidir.
11. Pakette; 2 ml steril su içeren iğnesiz şırınga: liyofilize trombin, flakon adaptörü , 6 ml jelatin matris içeren bir şırınga, sıvı aktarma kabı,boş bir şırınga, steril mavi esnek aplikatör ve steril beyaz kesilebilir aplikatör bulunmalıdır.
12. Personel güvenliği açısından, ürün iğnesiz hazırlanmalıdır.
13. Ürün içerikleri steril olmalıdır.
14. Ürün oda sıcaklığında (2-25 C) en az 12 saat saklanabilmelidir.
15. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirmede; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka sırasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


Prof. Dr. M. Meriuh KAYMAZ
T.C. U.A.E. Sazi Hastanesi
BELYİN VE SINIR CERRAHİSİ
Diploma No: 413
Dip. Tes. 04473


Prof. Dr. Fikret Hüseyin DOĞULU
Sazi Üniversitesi
Sazi Hastanesi
Başhekim, Cerrahi Uzman, Üyesi
Dip. No: 4473