

OLYMPUS MARKA 30⁰ OPTİK LENS TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Olympus marka 30⁰ lik 801127 seri nolu optik lens arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.


Kaan KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni


Ar-Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

OLYMPUS MARKA 30⁰ OPTİK LENS TAMİRİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Olympus marka 30⁰ lik 814781 seri nolu optik lens arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

Kaan KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

OLYMPUS MARKA 30⁰ OPTİK LENS TAMİRİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Olympus marka 30⁰ lik 819941 seri nolu optik lens arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

Kaan KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

OLYMPUS MARKA 30⁰ OPTİK LENS TAMİRİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Olympus marka 30⁰ lik 823268 seri nolu optik lens arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

KARL STORZ MARKA 30⁰ OPTİK LENS TAMİRİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 30⁰ lik 120MU6 seri nolu optik lens arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.


Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni


A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni