



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No/Alım No : 21653024-06-2442
Konu : Enteksiyon Servisi için 1 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : Servis Depoları / Enteksiyon Servisi Stogu
Son Teslim Tarih & Saat : 25/06/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 24/06/2024

TEKLİF İSTEM FORMU

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat veriliş ,birim fiyatlarının rakamla ve yazılı olarak yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB Kodu ,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS de Sağlık Bakanlığı, tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİN NUMARALARI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

2442

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-013432	GR1287IKV1233 KATETER, INFUZYON, SANTRAL,VENÖZ, PERİFERAL YOLDAN YERLEŞTİRİLEN (3/IM)	10	ADET

Memiş COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şarname Eki Dosyada Sunulmaktadır.

BASINCA DAYANIKLI PERİFER SANTRAL KATATER SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. IV tedavi, kan örnekleme, kan transferi, santral venöz basınç monitörizasyonu ve kontrast maddenin basınçlı enjeksiyonla zerk edilmesi için merkezi venöz sisteme kısa ya da uzun süreli periferik erişime olana sağlayan bir kateter olmalıdır.
2. Kateter özelliği sayesinde basınca dayanıklı olmalı, kontrast ajanların kontrast pompası (300 psi basınç) ile enjeksiyonu ve santral venöz basınç takibi yapılmasını sağlamalıdır.
3. Kateter özelliği sayesinde maksimum 5ml/sn basınçlı infüzyon oranı sağlamalıdır.
4. Kateter uzunluğu 55 cm olmalı, 5er cm aralıklarla cm işaretleri , distal den kesilmeye uygun olmalıdır.
5. Kateter ile uyumlu, üzerinde cm işaretleri olan 018 Floppy uçlu nitinol yapıda kılavuz tel içermelidir.
6. Kateter materyali Poliüretan ve Basınç özelliğini belli eden mor renk olmalıdır.
7. Tek lümenli kateterler 4F kalınlığında, çift lümenli kateterler 5F ve 6F kalınlığında , üç lümenli kateter ise 6F olmalıdır.
8. Yer çekimi akış değerleri 4F tek lümen için 1272 ml/saat, 5F çift lümen için 578/578 ml/saat , 6F üç lümenli için Kırmızı Hub lümeni 1163, gri/beyaz hub lümeni 275/275 ml/saati sağlamalıdır.
9. Set içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - a. Powerpicc basınca dayanıklı kateter
 - b. Dilatörlü yırtılabilen sheath
 - c. Micro introducer 21G giriş iğnesi
 - d. 0.018" 135 cm üzeri cm işaretli Nitinol düz uçlu kılavuz tel,
 - e. Bistüri
 - f. 2 adet enjeksiyon kapağı
 - g. Kağıt cetvel
 - h. Şiringa
 - i. Statlock kateter tespit sistemi içermelidir.
10. Set steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
11. Set ile beraber ayrıca her hub için 1er adet Pozitif Basınçlı ven valfi, %70 izopropil alkol içeren dezenfeksiyon kapağı ve Statlock kateter tespit sistemi verilmelidir.
12. Setin son kullanma tarihi paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
13. Seti UTS kaydı olmalı ve SUT kodu ile eşli olmalıdır. Sut kodundan kaynaklanacak zararlar idare tarafından ürünü veren firmaya rücu edilecektir.
14. Klinikte daha önce kullanılmayan ürünler için firmalar uygun miktarda numune getirip kullanacak personele eğitim verecektir. Bu numune değerlendirilmesinde ürünün kullanım kolaylığı, ürünün performansı, hasta üzerinde etkileri değerlendirildikten sonra teknik şartname ve maddelere uygun bulunan ürünün alımı yapılacaktır.

JULIA BİLE ELER

