

İHTİYAC LİSTESİ



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

S.No	M Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010600	ENJEKTÖR 2 CC/LIK (YESİL İĞNE)	80000	ADET

Memis COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2165024-06-2445
Konu : Merkez Ambar için Enjektör 2 cc İlik Alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkaz Ambar Stoğu
Son Teslim Tarihi & Saat : 25/06/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 24/06/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikle belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saatte Kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süresi, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillерinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyattırının rakamı ve yazيا yazılması,
- 5- Üzerinde tazmin, silinti, düzeltme bulunmasası,
- 6- Ad., soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkilii kişilere imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecəkse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenen kesin siparişne müteakip teslim sürelerinin teknif metnibusunda bildirilmesi
- 9- Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teknifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teknif yer atacaktr.
UBB kodu T.C İlçesi ve İlçesi Çıhaz Ulaşım Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Taşıp Sistemi (UTS)ye kaydedil ve bu kayıt, teknif tarihü itibarıyle geçeri olsalıdır. Alıma cıklan her kalemin her kalemin için ayrı ayrı TİTUBB da / UTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır.
TİTUBB/ÜTS ye kayıt, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemlere at teknif değerlendirilmeye alınmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen her kalemin için ayrı teknif tarihü itibarıyle teknif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi ondulklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teknif zarfı içinde sunacaklardır.

**ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTR.
***HALE YASAKLISI FIRMAALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.

Fiyat opsyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFİORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKLA BİRLİTECEKTİR.
TEKLİFLE BIRLIKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatisina@gsz.edu.tr

201 - 01.06.08

ENJEKTÖR 2ce TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık ve non-toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı
2. Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b.malzemelerle kullanıldığındá ajutajı uymalı, özellikle ajutajı perfüzörler ve çam ağacına uyumlu olmalı, ajutaj ucu pürüzüsüz olmalı
3. Enjektör üzerinde cc ve dizym çizgileri olmalı
4. Cc ve dizym çizgisi 0'dan başlamalı
5. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters basılmamalı ve islandığında silinememeli
6. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli
7. Enjektöre sıvı çekildiğinde, enjektörün pozisyonuna bağlı olarak, iğne ucundan istensiz olarak dışarı sıvı sızdırmamalı
8. Negatif basınç uygulanlığında havaya kaçığı yapmamalı
9. İçinde disposable yesil iğne ucu olmalı
10. İğne uçları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı
11. İğne uçlarının cidarı çok ince yapıda ve uç bilemeleri uzun eğimli olmalı, ucu çapaklı, tırtıklı ve küt olmamalı
12. İğne ajutajı (sıvırlı uç) enjektör merkezinde veya kenar kısmında olmalı
13. Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalı
14. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı
15. Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı
16. Teklif veren firmalar teknif etikleri her kaleml için en az 10 adet numune bırakmak zorundadırlar.

Prof. Dr. Bülent NAR
T.C. Gazi Üniversitesi
Doktorasını

Yayınlanmıştır
AYAALP
T.C. Gazi Üniversitesi
Doktorasını