

**HETTICH MARKA UNİVERSAL 320 MODEL SANTRİFÜJ
TAMİRİ ŞARTNAMESİ**

1. İstekli tamir işi ile ilgili Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Biriminin eşliğinde Hettich marka Universal 320model arıza tespitinde bulunacaktır.
2. Tespitte bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Santrifüj çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Tamiratu yapılan santrifüj için 6 ay tamir garantisi verilecektir.
5. Santrifüj yükleniciye teslimden sonra en fazla 30 gün içinde tamir ve bakımı yapılarak Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi çalışır durumda teslim edilecektir.
6. Santrifüj çıkan parçaları Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni