



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 21/7/2024-07-2513
Konu : 4 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Göz Poliklinik Ameliyathanesi Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 02/07/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 01/07/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazımtı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-01130142	GZ1143 VİTİREORETİNAL SWEEPER (SUPÜRÜCÜ) (ELMAS UÇLU) (3/G)	5	ADET
2	S-01130139	GZ1138-1140 VE GZ1225 VİTİREORETİNAL MAKAS (3/G)	30	ADET
3	S-01130136	GZ1135-1137 VE GZ1224 VİTİREORETİNAL İLM FORCEPSİ (3/G)	30	ADET
4	S-01130133	GZ1132-1134 VE GZ1223 VİTİREORETİNAL MEMBRAN FORCEPSİ (3/G)	30	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat
Ek :

www.ibsis.gazi.edu.tr
Şarhname Ekli Dosyada Sunulmaktadır

1 GZ1143 VİTİREOTİNAL SWEEPER (SÜPÜRÜCÜ)

Forseps elciği monoblok yapıda ve tek kullanımlık olmalıdır. Vitrektomi cerrahisinde ERM (Epi-retinal membran) soyma işlemine yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır. Forseps ucu, nitinol (nikel/titanyum) üretilmiş ve alt yüzeyi ERM yüzeyinde tutacak şekilde tırtıklı olmalıdır. Forseps ucu, cerrahın isteğine bağlı olarak uzunluğunun ayarlanabildiği esnek halka şeklinde dizayn edilmiş olmalıdır.

Cerrahi müdahale sırasında ,uç kısımdaki esnek halkanın uzunluğu cerrah tarafından ayarlanabilmelidir. Forseps , 23 Ga trokarlardan rahatça geçecek şekilde üretilmiş olmalıdır. Forseps ucu , elciğin içine tamamen girip çıkacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Böylece valfli trokarlara takılmadan kullanılabilir.

Forseps, tek kullanımlık steril ambalajda olmalıdır. Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi ve açılış yerini belirten işaret olmalıdır.

2 VİTİREOTİNAL MAKAS VERTİKAL

İsteğe göre 23G: 5 Adet 25G:20 Adet ve 27 G: 5 Adet kalınlıkta temin edilmelidir.

Vitreoretinal cerrahi sırasında dokuları zedelemeyen ayırarak keskinlikte olmalıdır.

Vertikal kesi yapabilmek özelliğinde olmalıdır.

Disposable olmalıdır.

Elcik elden kaymayacak ve her yönde kuvvet uygulamaya imkan verecek özellikte olmalıdır.

Ucu kısa olmalıdır. Renk kodu olmalıdır.

Numune deneyerek alınacaktır.

3 VİTİREOTİNAL İLM FORCEPSİ (3/G)

Teklif edilen ürün steril ambalaj içerisinde olmalıdır.

• İLM soymak için üretilmiş olmalıdır. Teklif edilen ürün Eckardt tipi olmalıdır.

• İsteğe göre 23, 25 veya 27 Gauge temin edilmelidir.

Renk kodu olmalıdır.

• Disposable olmalıdır.

4 VİTİREOTİNAL MEMBRAN FORCEPSİ (3/G)

Teklif edilen ürün steril ambalaj içerisinde olmalıdır.

• Membran soymak için üretilmiş olmalıdır. Uç kısmı tırtıklı (serrated) olmalıdır.

• İsteğe göre 23, 25 veya 27 Gauge temin edilmelidir.

Renk kodu olmalıdır.

• Disposable olmalıdır.

Doç. Dr. Hüseyin Baran ÖZDEMİR
T.C. Gazi Üni. Tıp Fak. Göz Hastalıkları
Diploma No: 157654
Diploma Tescil No: 157654

Doç. Dr. Betül Şehin UYSAL
Gazi Üni. Tıp Fak. Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tescil No: 147604