



TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Altın No : 217/024-07-2534
Konu : 2 Kalem Tibbi Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depolan / Ameliyathane Stoğu
Son Teslim Tarihi & Saat : 02/07/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 01/07/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda chns .miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duymuştur. Proforma tarihanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillерinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat veriliip ,birim fiyatların rakamla ve yazıya yazılması,
- 5-İzneinde kazanlı silindi, düzeltme bulunmamış,
- 6-Ad .soyad veya ticaret unvanı yazılmalı suretiyle yetkilii kişilere imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilemeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin sibarisine müteakip teslim sürelerinin teknif mektubunda bildirilmesi ,
zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bittirdirmeyen teknifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemın UBB kodu teknifte yer alacaktır.
UBB kodu,T.C. İlaç veTİbİ CİhaZ UBB'ı veleyva Ürün "Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu
kayıtlı teknif tarihi itibarıyle geçerli olmalıdır. Alıma şıkları her kalem /kalem için ayrı ayrı TİUBB da/ ÜTS'de Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır.
TİUBB/ÜTS ye kayıtlı firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemre
att teknif değerlendirilmeye alınmayacağıdır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı teknif tarihi itibarıyle teknif vermeye yetkilii itihatalı, tedarikçi veya bayi
olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teknif zarfı içinde
sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARIYLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKCA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMEELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatisirma@gazi.edu.tr


S.No	M.Kodu	Malzeme Adı/Kodu	Miktar	Birim
1	J01-011578	KB1012 KEB VENTİLASYON TUPU (-T- TIP)	15	ADET
2	J01-010773	AP3180 KEMİK CİMENTOSU-ANTİBIYOTİKLİ STANDART 40 GR PMMA	150	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

J01-011578 T TÜP (VENTİLASYON TÜPÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kulak ameliyatlarında orta kulağı uzun süreli havalandırmak için kulak zarına takılmak için kullanılacaktır.
- 2.Silikon materyalden yapılmış olmalıdır.
- 3.Tekli, Steril ve orijinal ambalajında bulunmalıdır.,
- 4.T şeklinde olmalıdır.
- 5.Tüpün iç çapı $1,14 \pm 0,1$ mm, "T" nin Shaft (Dikey) uzunluğu $12,0 \pm 0,1$ milimetre "T" ayaklarının yatay uzunluğu toplam $9,8 \pm 0,1$ milimetre olmalıdır.
- 6.Sterilizasyon tarihi ürün ambalajında yer almalı ve teslim tarihi itibarı ile en fazla 6 ay öncesinden steril edilmiş olmalıdır.
7. Materyali zara zarar vermeden kolayca yerleştirilecek şekilde ince ve esnek olmalıdır.
- 8- Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


Dr. M. KARAYEL
Ameliyathane Birim
Sorumlusu


Dr. M. KARAYEL
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

J01-010773 KEMİK ÇİMENTOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Akrilik bazlı radyoopak kemik çimentosu kıvamıyla ve çalışma süresiyle standart viskozite olarak diz protezi için ve düşük viskozite olarak kalça protezi için çimentolama işleminde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Poli-metil metakrilat polimer ve Methyl Methacrylate monomer bileşenlerinden oluşmalıdır.
- 3-Steril paket içerisinde toz ve likit ile birlikte biyoyumlu karıştırıcı blaster ve karışımın yapılması için tozu muhafaza edebilecek yine biyoyumlu blaster (kase) bütünü kit halinde yine steril olarak hazır olmalıdır.
- 4-Kemik çimentosu radyoopaklaştırıcı madde içermelidir.
- 5-Likit ürünler kesinlikle Aseptik Filtreden geçirilmiş olmalıdır.
- 6-Kemik çimentosu çimento tabancası ile kullanıma uygun olmalıdır. Farklı ağırlık ve viskozitelere sahip, farklı uygulama zamanlarına sahip olmalıdır.
- 7- Antibiyotikli olmalıdır. Antibiyotik olarak Gentamisin ve Vancomisin içermelidir.
- 8-Kemik çimentosunun toz olarak 40 gr seçenekleri ve likit olarak 20ml, 2/1 oranında olmalı ve tekli paketlerde olmalıdır.
- 9-Ürün çift steril paket içerisinde olmalıdır. likit malzemenin ampulünün kırılmasını engellemek için sert pet malzeme içerisinde olmalıdır.
- 10-Çift kat olarak paketlenmiş olan ürünler kartuşlu olmayan Etilen oksit gaz ile steril edilmiş olmalıdır.
- 11-Kutu içerisinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
- 12-Ürün en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
- 13-Kutu üzerinde ürüne ait lot numarası--referans numarası--ürünün açık adı--, üretim tarihi—son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 14-Ürünler serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Isı ve ışık gibi fiziksel etkilerden uzak tutulmalıdır.
- 15-Ürünler Avrupa Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygun(93-42-EEC) nitelikte CE belgelerine ve Akrediteli ISO-13485 Kalite Belgesine sahip olmalıdır.
- 16-Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (UTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Ayrıca SGK ödeme sisteminde SUT Kodu eşleştirmesi yapılmış olmalıdır.
- 17- Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Ebru GÜLŞEHİNE KARABELİ
Amasya Hane Birim
Sorumlusuy

Fox 3.5.2014 Sayı: 1. Sayıda
TO: GÖKTÜRK İL HASTANESİ
MECİTEVİNİ ÇALMAZ VE REHABİTASYON
FİRMASI İLE İLGİLİ
2014/05/22 15:45:31