



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 218.2024.07-2597  
Konu : 1 Kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : D.S. Merkez Amber Deposu / D.S. Merkez Amber Stoku  
Son Teslim Tarih & Saat : 08/07/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 04/07/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protorma fiyatlarını aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Teklifin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası ,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin , idaresinin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.  
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

- \*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
- \*\*HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
- Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- \*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- \*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
- TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA :hasanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011813	OR4250 MÄSKE NEBULİZER SETİ HAZNELİ (PEDİYATRİK)	600	ADET

Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.ihbis.gazi.edu.tr  
Şartname Ekl. Dosyada Sunulmaktadır.

## PEDİATRİK NEBULİZATÖR MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske pediatrik kullanıma uygun (1-2) no'lu olmalıdır.
2. Standart nebulizör kullanıma uygun çıkışlara sahip olmalı, maskenin hortum kısmı hastanemiz merkezi oksijen sistemine bağlı olan manometreye uygun olmalıdır.
3. Set içinde maske hortum ve ilaç haznesi bulunmalıdır.
4. Hasta 2-3 ml nebul solisyon formundaki ilaçları en fazla 6-7 dakikada bitirebilmelidir.
5. İlaç haznesi maksimum 10 ml olmalıdır.
6. Cihazın ürettiği partikül boyutu, %80 için 5 mikronun altında olmalıdır.
7. Set disposable olmalıdır.
8. Maske kokusuz olmalıdır.
9. Nebulizatör haznesi sert olmalıdır.
10. Nebulizatör haznesi şeffaf olmalıdır.
11. Antialerjik olmalıdır.
12. Maske yumuşak olmalıdır.
13. Maskenin yüze oturmasını sağlamak için maskenin burun kısmında şekil verebilen metal kıskaç bulunmalıdır.
14. Bağlantı hortumu yumuşak olmalıdır.
15. Yumuşak, tahriş etmeyen, monoksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
16. Maskenin O2 giriş yeri ile flowmetre arasında oran konnektörü olmalı ve hortumu 2m. Uzunlukta olmalıdır.
17. Maskenin her iki yanında hava girişi ve CO2 çıkışı için delikler olmalıdır.
18. Baş çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
19. Tek kullanımlık poşetlerde olmalıdır.
20. CE kalite belgesi olmalıdır.
21. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

4.  
Taha ÇELİKBAŞ  
Çocuk Enf. Servisi Uzmanı  
*Taha Çelikbaş*

Prof. Dr. Anıl TAPISIZ  
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.  
Çocuk Enfeksiyon Hast. B.D.  
Dip. Tes. No: 99819  
*Anıl Tapisiz*

Doç. Dr. İyğün ÖZDEMİRDA  
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.  
Çocuk Enfeksiyon Hast. B.D.  
Dip. Tes. No: 117871  
*İyğün Özdemirda*