

AMELİYAT MASASI KOMPOZİT MALZEME ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler tarafından teklif edilen ameliyat masası kompozit malzemesi Maquet marka Meera model 00578 seri numaralı ameliyat masasına uyumlu olacaktır.
2. İstekliler tarafından teklif edilen kompozit malzeme 53cm genişliğinde 29.5 cm eni olacaktır.
3. Kompozit malzemenin eninde yarım daire kesilmiş olacaktır.
4. İstekliler ameliyat masası kompozit malzemeyi yerinde görüp daire kesilmesi gereken yeri ve ölçüleri tespit etmesi gerekmektedir.
5. İstekliler tarafından teklif edilen ameliyat masası kompozit malzemeye ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
6. İstekliler tarafından teklif edilen ameliyat masası kompozit malzeme ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
7. Yüklenici ameliyat masası kompozit malzemeyi idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
8. Yüklenici ameliyat masası kompozit malzemeyi sipariş tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker

Harun BEYTULLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Tekniker