



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alın No : 2394205-02-264
Konu : 1 kalem medikal mazerne alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 11/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 10/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceğe FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR YERGİ NUMARALARINI AÇIÇA BELİRTMEKTEDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNELERİ GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : naslansatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-012410	ORZ720 TRAKEOSTOMİLİ HASTALAR İÇİN FİLTRE (Sİ VE NEM DEĞİŞTİRİCİ)	800	ADET


MEMİŞ ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyası Sunulmaktadır.

TRAKEVENT FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Isı ve nem geçirgen olmalıdır
2. 24 saat kullanıma uygun olmalıdır
3. Steril olmalıdır
4. Kolay yerleştirilmelidir
5. Sıkıştırılmış volümü 15 - 20 ml olmalıdır
6. Konektörü 15 female olmalıdır
7. 500ml de 2 saate nem çıkışı 25 – 30 mg H₂O/l olmalıdır
8. 500ml de 24 saate nem çıkışı 25 – 30 mg H₂O/l olmalıdır
9. 500ml de 24 saate ısı çıkışı 25 – 30 derece olmalıdır
10. 500ml de 2 saate ısı çıkışı 25 - 30 derece olmalıdır
11. Filtreyi çıkartmadan aspirasyon ve numune alınmasına olanak veren açıklığı bulunmalıdır
12. Trakeostomi hastalarında kullanıma uygun olmalıdır
13. Filtre içindeki malzeme selulozdan imal edilmiş olmalıdır
14. Yüzeyledeki new değişimi minimum 500cm kare olmalıdır
15. Direnç derecesi 30 l/dk da 0.5 - 1 cmH₂O olmalıdır
16. Direnç derecesi 60 l/dk da 1.6 - 20 cmH₂O olmalıdır
17. Direnç derecesi 90 l/dk da 2,5 – 3,5 cmH₂O olmalıdır

Esra BUĞDAYLI
Anestezi ve Reanimasyon
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi


Prof. Dr. Lale KARABIYIK
E.C. Gazi Üniversitesi
Gözi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6762 Dip. Yes. No: 39307