



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2190024-07-2685
Konu : Nöroşiruji Servisi için Kanama Durdurucu alım
Talep Eden Birim : Servis Depoları / Nöroşiruji Servisi Şoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 12/07/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 11/07/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Uzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEKTEDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.L.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010052	DR4435 HEMOSTATİK ÜRÜN, AKIŞKAN, TROMBINLİ KANAMA DURDURUCU.	60	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MİDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.sagzi.edu.tr
Şarjname Eklil Dosyada Sunulmaktadır.

J01-010052 AKIŞKAN TRONBİNLİ KANAMA DURDURUCU

ABSORBE OLABİLEN TROMBİNLİ AKIŞKAN JELATİN HEMOSTATİK MATRİKS TEKNİK ÖZELLİĞİ

1. Ürün, en az 2000 IU trombin içermelidir.
2. Ürün 8 ml hacminde viskozitesi yoğun olarak sağlanabilmelidir.
3. Ürün vücut dokularıyla uyumlu olup, 4-8 hafta içerisinde tamamen dokular tarafından emilebilmelidir.
4. Paket içerisindeki trombin, su ile hızlı bir şekilde çözülebilir özellikte olup, 1 dakika içerisinde trombin solüsyonu hazır hale gelmelidir.
5. Ürün ameliyathane koşullarında hazırlandıktan sonra 8 saat boyunca herhangi bir karıştırma işlemi gerektirmeksizin kullanılabilir.
6. Ürünün ameliyathane koşullarında bekleme sırasında trombin miktarı ve akışkanlığı azalmamalıdır.
7. Personel güvenliği açısından, ürün iğnesiz hazırlanmalıdır.
8. Ürün, tüm cerrahi ve acil (göz hariç) girişimsel, yarı girişimsel ve girişimsel olmayan operasyonlar ile açık ve kapalı yaralarda yatay dikey ve düzensiz kesilerde kullanıma uygun olmalıdır. Ürün düzgün olmayan yüzeylerde topikal olarak uygulanabilmelidir.
9. Kanama durdurucu etkisini en fazla 120 sn'de gösterebilmeli ve tekrarlı uygulanabilmelidir. Büyük debili kanamalarda gerektiğinde basınç uygulaması eşliğinde de uygulanabilmelidir.
10. Ürün hazırlanacaksa, paket içerisinde tüm hazırlık bileşenlerini içermelidir.
11. Pakette; 2 ml steril su içeren iğnesiz şırınga: liofilize trombin, flakon adaptörü , 6 ml jelatin matris içeren bir şırınga, sıvı aktarma kabı,boş bir şırınga, steril mavi esnek aplikatör ve steril beyaz kesilebilir aplikatör bulunmalıdır.
12. Personel güvenliği açısından, ürün iğnesiz hazırlanmalıdır.
13. Ürün içerikleri steril olmalıdır.
14. Ürün oda sıcaklığında (2-25 C) en az 12 saat saklanabilmelidir.
15. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirmede; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka sırasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Doc. Dr. Burak KARAASLAN
T.C.G.Ü.T.F. Göz Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. No: CI 1186 / 1998 / 13/0750

Prof. Dr. Ali Kemal KAYMAZ
T.C. G.Ü.T.F. Göz Hastanesi
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ
Dip. Tes. No: 54472