



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2192024-07-2689

Konu : 6 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı

Talep Eden Birim : Patoloji Deposu / Patoloji Şişesi

Son Teslim Tarih & Saat : 12/07/2024 17:00:00

İlan Tarihi : 11/07/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat veriliş biçim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması.
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması.
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7- Teklif verilmeyecekseniz FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem / kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da / ÜTS' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MİYAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Ml.Kodlu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J07-071619	ETİL ALKOL (%99) (ABSOLU)	500	LİTRE
2	J01-010464	DISPOSABLE MİKROTOM BIÇAĞI.	5000	ADET
3	J07-073831	POLY-L-LYSİNLİ KAPLI LAM	5000	ADET
4	J08-011761	LAM (FROST LAM 76 X 26 MM)	20000	ADET
5	J01-013336	DOKU GOMME KASETİ.	8000	ADET
6	J08-011169	FİLTRESİZ PİPET UCU 10-100 UL.	1000	ADET

Memiş COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :


www.ihis.gazi.edu.tr


Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır

2689



Sıra No	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Birimi	Alınacak Miktar
1	J07-071619	Etil alkol (%99) (absolu)	Litre	500
2	J01-010464	Disposable mikrotom bıçağı	Adet	5000
3	J07-073831	Poly-L-lysin kaplı lam	Adet	5000
4	J08-011761	Lam (frost lam 76 x 26 mm)	Adet	20000
5	J01-013336	Doku gömme kaseti.	Adet	8000
6	J08-011169	Filtresiz pipet ucu 10-100 ul.	Adet	1000


  
Doç. Dr. Bolcal ÖGÖT  
Gazi Üni. Tıp Fak. Hastanesi  
Tıbbi Patoloji A.B.D.  
Tıp. Tes. No: 157740

  
Prof. Dr. İpek İplik GÖNÜL  
C.G.U.T.T. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji A.B.D.  
Tıp. Tes. No: 07082058

**J07-071619 ETİL ALKOL (%99) (ABSOLUTE) TEKNİK ŞARTNAMESİ:**

1. %99,9 etil alkol olmalıdır.
2. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
3. Patoloji laboratuvarında doku takibinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
4. Etiketinde ürünün adı, hacmen % alkol miktarı, net ambalaj hacmi, kullanım ve saklama koşullarına yönelik bilgi, üreten ve/veya ambalajlayan firmanın ticari ünvanı bulunmalıdır.
5. En az 2,5 litre, en fazla 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
6. Son kullanma süresi teslim edildiği tarihten itibaren en az bir yıl sonra dolmalıdır.
7. Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numune getirilmelidir.
8. Teklif veren firma, ihale başvurusunda en az 10 litre numune teslim edecektir.


  
Doç. Dr. Bekir ÇENOL  
Fazl. Dnt. Sp. Fak. Hastanesi  
Fibbi Patoloji A.B.D.  
Din. Tes. No: 157718

  
Doç. Dr. Bekir ÇENOL  
Fazl. Dnt. Sp. Fak. Hastanesi  
Fibbi Patoloji A.B.D.  
Din. Tes. No: 97092058

## J01-010464. MİKROTOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ:


1. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. Parafin bloklardan kesit almak için uygun olmalıdır.
3. 1 kutu içinde 50 adet olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Bıçaklar orijinal otomatik sürücü kaset içinde olmalıdır.
6. Laboratuvarımızda bulunan Leica marka RM-2145, RM-2245 ve RM-2255 mikrotomlarında kullanılabilir olmalıdır.


  
Doç. Dr. Betül ÖGÜT  
Sağl. Ünl. Tıp Fak. Hastanası  
Tıbbi Patoloji A.B.D.  
Tic. Sic. No: 157718

  
Prof. Dr. İpek İPEK  
G.Ü.T.F. Sağı Hastanesi  
Tıbbi Patoloji Uzmanı  
Tic. Sic. No: 97092058

**J07-073831 POLY-L-LYSINE KAPLI LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ:**


1. Malzeme, doku kesitlerinin histokimyasal ve immünohistokimyasal işlemlerde lamdan dökülmesini önlemek amacıyla üretilmiş olmalıdır. Lamlar poly-L-lysine ile kaplanmış olmalıdır.
2. Hazırlanmış lamlar ışık mikroskopik incelemede, şeffaf, berrak ve tortu-iz bırakmayacak özellikte olmalıdır.
3. Numuneler istenecek olup bu lamlar anabilim dalı laboratuvarında denendikten sonra karar verilecektir.
4. Teklif veren istekli en az 70 lam içeren bir kutu lamı numune olarak teslim edecektir.
5. Son kullanım tarihi depo teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.


  
Doç. Dr. Betül ÖGÜT  
Gazi Üni. Tıp Fak. Hastane:  
Tıbbi Patoloji A.B.D.  
Tıp. Tes. No: 157718

  
Doç. Dr. İpek İpek GENÜL  
Gazi Üni. Tıp Fak. Hastanesi  
Tıbbi Patoloji Öğr. Üyesi  
Tıp. Tes.No: 97092058

## J08-011761 LAM (FROST LAM 76 X 26 MM) TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Lamlar kaliteli optik, saydam renksiz camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Bir kutuda en az 50 rodajlı lam olmalıdır.
3. Lamların kalınlığı en fazla 1mm; eni en fazla 26mm ve boyu en fazla 76mm olmalıdır.
4. Lamlar tek tarafı rodajlı olup diğer tarafı buzlu olmayan özellikte olmalıdır.
5. Rodajlı yeri lam genişliğinde, renkli olmalı ve bu alana yazılacak yazılar kolay silinmemelidir.
6. Superfrost olmalıdır.
7. Lamların üzerine alınan dokular Tıbbi Patoloji laboratuvarında kullanılan boyama ve kapama cihazına konulan kimyasal maddelere (asit veya xylol gibi) dayanıklı olmalıdır ve dokular dökülmemelidir.
8. Tıbbi Patoloji laboratuvarında kullanılan doku kapama cihazının optik okuyucusu rodajlı tarafla uyumlu olmalıdır.
9. Lamların rodajlı kısmı turuncu olmamalıdır.
10. Teklif veren firma, ihale başvurusunda en az 50 lam içeren bir kutu lamı numune olarak teslim edecektir.
11. Lam köşeleri 45 derece açılı olmalıdır.

  
Doç. Dr. Betül ÖGÜT  
Gazi Üni. Tıp Fak. Hastanesi  
Tıbbi Patoloji A.B.D.  
Dış. Teş. No: 157718

  
Prof. Dr. İsmail ÖZTÜRK  
Gazi Üni. Tıp Fak. Hastanesi  
Patoloji Öğr. Üyesi  
Dış. Teş. No: 97092058

## J01-013336 DOKU GÖMME KASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Kasetler doku gömmeye ve takibine uygun sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasal malzemelerden (alkol, formol, aseton ve ksilen gibi ) deforme olmamalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır ( 65C ya kadar dayanabilmelidir )
3. Doku gömme işleminde kullanılan metal kalıplar ile (basemoult) uyumlu olmalı kenarında boşluk kalmamalıdır.
4. Patoloji laboratuvarında kullanılan her model mikrotoma uygun boyutta olmalı kaset tutucuya yan veya dik olarak takılmalı, kolay çıkmamalıdır.
5. Beyaz renkte olmalıdır.
6. Kaset gövdesinde ve yan kenarlarının üzerinde içindeki dokunun düşmesini engelleyecek ama doku takibi sırasında solüsyonların içine girmesine olanak sağlayacak delikler olmalıdır.
7. Kasetin eğik düzlemine ve kenarlarına kurşun kalem veya asetat kalem ile yazılabilmelidir.
8. Laboratuvarımızda kurulu lazer kaset yazıcı ve lazer lam yazıcı ile uyumlu çalışabilmelidir.
9. Kasete basılan kare-kod, laboratuvarımızda kurulu lam yazıcı lazer okuyucusu tarafından algılanabilmelidir.
10. Kaset sayısı kadar uyumlu kapağı yanında teslim edilmelidir.
11. Laboratuvarımızda kurulu lazer kaset yazıcının bölmelerine girebilecek şeffaf tüplerde olmalıdır.
12. Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numune getirilmelidir.
13. Teklif veren firma, ihale başvurusunda en az 100 adet numune teslim edecektir.

Doç. Dr. Betül ÖSÖT  
Gazi Ünl. Tıp Fak. Hastanesi  
Patoloji A.B.D.  
Diy. Tes. No: 157718

Doç. Dr. Betül ÖSÖT  
Gazi Ünl. Tıp Fak. Hastanesi  
Patoloji Öğr. Üyesi  
Diy. Tes. No: 97092058



**J08-011169. FİLTRESİZ MİKROPİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ (10-100uL):**

1. Kimyasallara ve sıcaklık deęişimlerine dayanıklı, şeffaf, polipropilen materyalden üretilmiş olmalı.
2. Patoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.
3. Her pipet markasına uyumlu olabilmelidir.
4. Teklif veren firma numune getirmelidir.
5. 10uL ile 100uL arasındaki sıvıları alabilmelidir.

Doç. Dr. Betül ÖĞÜT  
Gazi Üniv. Tıp Fak. Hastanesi  
Tıbbi Patoloji A.B.D.  
Dip. Tel. No: 487718

Doç. Dr. Betül ÖĞÜT  
Gazi Üniv. Tıp Fak. Hastanesi  
Patoloji Öğr. Üyesi  
Tels. No: 97092058