



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2362025-02-280  
Konu : 1 Kalem endotrakeal tüp alımı  
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stajü  
Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00  
İlan Tarihi : 10/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Protokolün tatarının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale öbkürlününün tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazın, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-1- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıtlı tarih itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da / ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*\*İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.  
TEKLİFLER BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ


S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01E013	AN1020 NİM EMİG ENDOTRAKEAL TÜP NO:7.	50	ADET

MEMİS ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.hsis.gazi.edu.tr  
Şartname Eklil Dosyasında Sunulmaktadır.

## J01-01E613 SİNİR MONİTORİZASYONU CİHAZI İÇİN EMG YAPABİLEN ENDOTREKEAL TÜP NO 7 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek kullanımlı ve steril olmalıdır.
2. Sinir moitorizasyonunda kullanılan bir endotrekeal tüp olmalıdır.
3. Cerrahi boyunca vokal kord ve rekürrens larengeal siniri EMG aktivasyonunun monitorizasyonunda kullanılmalıdır.
4. Entübasyon tüpü üzerinde sağ ve solda renk kodlarıyla ayrılmış birer çift elektrot bağlı olmalıdır.
5. Elektrotlar tüpün üzerinde sabit olmalı veya sarılmalı ve hastanın vokal kord seviyesinde konumlandırılmalıdır.
6. Setin içinde 2 adet topraklama elektrodu bulunmalıdır.
7. Endotrekeal tüp tek kanallı, spiralli olmalıdır.
8. Ürünün çapı 7.0 mm olmalıdır.
9. Ürünün orijinal barkod numarası olup ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
10. Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.
11. Ürünler ile birlikte kullanılacak olan cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
12. Ürün miadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Firma ürünler hastane stoklarında bitinceye kadar vaka sırasında kullanılmak üzere prob ve elektrodularla uyumlu sinir monitorizasyon cihazı ile destek vermelidir. Ürünler ile birlikte kullanıma bırakılacak cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
14. Ürün seçimine numune değerlendirilerek karar verilecektir.
15. 50 adet tüp ile kullanıma uygun stimülatör cihazı hibe olarak teslim edilecektir.

  
Ebru Güllüoğlu  
Üniversite Tıp Fak. Hast.  
Nöroloji Uzmanı

  
Ebru Güllüoğlu  
Ameliyathane Uzmanı  
Sertifikası