



2025-01-30

T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA İSTEK BELGESİ

Fikret KARAKAYA
Tekniker



Telefon No : 26620
İşlem Tarihi : 03/01/2025

İstem No	29250	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Biyomedikal Stogu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri		İstem Yapan Kullanıcı	Uğur ÜNAL			Kullanım Süresi	

İdari Depolar İhtiyacı olan Hastanemiz Hematoloji Yoğun Bakım Ünitesi için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasını/yaptırılmasını talep etmekteyiz. İşlem ve fiyatları aşağıdaki gibidir. İşlem ve fiyatları aşağıdaki gibidir. İşlem ve fiyatları aşağıdaki gibidir.

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli						
Kısım No	Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenecek Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarihi	Birim Fiyatı	Merkez İst. Depo Stok	Hastane D.Stok	Gecmiş Yıl Gecmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.			
1	0	J06-063064	BATARYA (VENTILATOR İÇİN).	0	1	ADBT	0	04/11/2024	1020	0	0	0	54	27	0	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz Hematoloji Yoğun Bakım Ünitesi

DEPO GÖRÜŞÜ

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi
İftihar TÜRKER
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürüğü

Faturalandırma Müdürüğü

Stok Analiz ve Kontrol Müdürüğü

Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52

Faks : (0312) 213 43 38

NOT : Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Gecmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir. /Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.
*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir. /Tüketim miktarları: "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.

VENTİLATOR CİHAZI BATARYA ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)İstekliler tarafından teklif edilecek Oksijen regülatörü Drager marka Oxylog 3000 model ventilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2)Batarya Li – Ion olup 11.1 volt 7.8ah olacaktır.
- 3)Batarya ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

Harun BEYTULLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Tekniker

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZASLAN
Teknisyen