



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011391	OR1360 İDRAR TORBASİ, SAATLİ 2 LT.	1200	ADET

Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2382025-02-301  
Konu : Merkez Ambar Ünitesi için İdrar Torbası Saatli 2 lt Alımı  
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoğu  
Son Teslim Tarih & Saat : 12/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 11/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturamız aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir. ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması ,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.  
ÜBB kodu, T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.  
TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
[www.ihisis.gazi.edu.tr](http://www.ihisis.gazi.edu.tr)  
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0  
İstem Tarihi : 07/02/2022  
Bölüm Adı : Reanimasyon Yb Stoğu

Döküm Tarihi : 07/02/2022 13:26:00

Malzeme Kodu : J01-011391  
Malzeme Adı : OR1360 İDRAR TORBASI, SAATLİ 2 LT.

**İDRAR TORBASI SAATLİK 2LT**

- İdrar torbası rezervuar 500 ml ve toplama kabı 2000 ml olacak şekilde toplam 2500 ml olacaktır.
- Toplama kabının ilk 50 cc 'si 2-4 cc kalan kısmı 10'ar cc ölçüm aralığında olmalı ve hasas ölçüm yapmaya imkan tanınmalıdır.
- İdrarı ileten line'nın uzunluğu en az 120 cm olmalı, foley sondaya bağlantı noktasında koruyucu kapak olmalıdır.
- Line kıvrılma ve bükülmelere dayanıklı olup idrar akışına engel teşkil etmemeli ve geri kaçıışı engelleyecek nitelikte olmalıdır.
- Line üzerinde biri foley sondaya giriş yerinde diğeri toplama yerine giriş yerinde olmak üzere iki adet örnek alma portu bulunmalıdır.
- Toplama kabında biriken idrarı torbaya boşaltacak musluk sistemi olmalı, musluk kapama açma sırasında kırılmamalı, kopmamalı, kullanıma bağlı deformasyon göstermemelidir.
- Toplama kabındaki idrar boşaltılırken alttaki torbaya kolay boşalmalı ve hava yapmamalıdır.
- İdrar torbasının toplama kabı ile birleştiği yerin altında toplama kabına geri dönüşü önleyen valf sistemi olmalıdır.
- Toplama bölümüne gelen line üzerinden klemp olmalıdır.
- Toplama bölümünün iki yanında kabın düzgün durmasını sağlayan yatak askısı olmalı, ayrıca idrar torbasına musluk açılmadan idrar boşalmamalıdır.
- İç yüzey birbirine yapışmış olmamalı, taşmayı önleyen by-pass sistemi olmalıdır.
- Ürün kapalı sistem olmalı, paket açıldıktan sonra montaj gerektirmemeli ve böylece pre-kontaminasyon ve kros- kontaminasyon riskleri ortadan kalkmış olmalıdır.
- Ürün steril tekli ambalajlarda olmalı, depolama ve taşıma esnasında ambalajlar zarar görmemelidir.
- Ambalaj üzerinde UBB barkodu, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon şekli, sahip olduğu kalite ve güvenlik belgeleri açıkça okunabilir şekilde yazılmış olmalıdır.
- Ürün depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalı, seri şekilde hatalı olan ürünler en geç 5 iş günü içinde yenisi ile değiştirilmelidir.
- İstekli firmalar teklifleri ile beraber 2 adet numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesinden sonra verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Esra BUĞDAYLI  
Anestezi ve Reanimasyon  
Servis Sorumlu Hemşiresi

Servis Ünite Sorumlu Hemşiresi Esra BUĞDAYLI  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Lale AKAYARLIK  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Anestezi ve Reanimasyon A.D.  
Din 21/2016 Ünl. Es. No: 39307