



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23892025-02-316
Konu : 1 KALEM MALZEME ALIMI
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 13/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 11/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-031095	BAŞ LAMBASI (KBB).	1	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

003-051095

KAFA LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Alın lambası kullanımı kolay, ergonomik olmalıdır.
- 2- Alın lambasının, 2 adet şarj edilebilir bataryası olmalıdır.
- 3- Alın lambasında iki adet ışık başlığı olmalı ve bu ışık kaynaklarından gelen ışınlar 30-40 cm. önde bir noktada birleşebilmelidir.
- 4- Gün ışığından etkilenmeden kullanmak için 3 adet renk ayarlayıcı (filtre) çap olmalıdır.
- 5- Alın lambasının kafa üstünden geçen bant ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlama işlemi baş üstü banttaki buton yardımıyla kolayca yapılabilirdir.
- 6- Bataryalar 220 volt şehir şebeke ceryanında şarj edilebilmelidir.
- 7- Alın lambasında batarya takılan kısmında açma kapama ve ışık şiddetini ayarlamak için kontrol düğmesi olmalıdır.
- 8- Cihaz 0- 100.000 lux aydınlatma yapabilmelidir.
- 9- Cihaz LED ışık özelliğine sahip olmalıdır.
- 10- Aydınlatma açısı aralığı önce yataydan aşağı doğru 16 derece, ikinci tıklama 32 derece aşağı olmalıdır.
- 11- Bataryalar 2 (iki) saat içerisinde şarj edilebilir olmalıdır. Cihazla birlikte batarya şarj cihazı verilmelidir.
- 12- Cihaz çalışma süresi: 2,5 saat ile 12 saat (parlaklığa bağlı) çalışabilmelidir.
- 13- Cihazla birlikte verilecek bataryalar Li-ion batarya olmalıdır.
- 14- Bataryalar 7,4 volt çıkışa sahip olmalıdır.
- 15- Batarya kapasitesi 1150 mAh olmalıdır.
- 16- Batarya alın lambasının arka kısmındaki haznesine takılıp kullanılacağı için, ağır batarya ile çalışmak kullanıcıyı olumsuz etkilemekte olup, kullanıcıyı rahatsız etmemesi için hafif olmalıdır. Max. 50 gr. olmalıdır.
- 17- Alın lambası batarya takılı olmadan 104 gr. dan fazla olmamalıdır.
- 18- Cihaz batarya ile birlikte maximum ağırlığı 154 gr. dan fazla olmamalıdır.
- 19- Alın lambasına, kendi markasında binocular loop ve cerrahi teleskop takılabilmelidir. Cerrahi loop ve binocular teleskop opsiyonel olmalıdır.
- 20- Alın lambası ile birlikte aynı marka 2,0x66mm loop verilecektir.
- 21- Teklif edilen ürünle ilgili numune verilecektir. Numunesi uygun olmayan ürünler red edilecektir.
- 22- Kullanımı daha uygun olduğundan baş bandı kafa üstünden geçecektir.
- 23- Baş bandının sabitlenmesi için alın ve enseye gelecek ay şekilde iki parça olacaktır. Bunlar alın lambasının sabitlenmesi ve kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
- 24- Alın lambası üzerinde; batarya muhafazası olacaktır. Bataryanın bulunduğu kısmın kapağı olacaktır. Bu kapak açılıp batarya yerine yerleştirilip kapatılabilecektir. Bu sayede kullanım esnasında bataryanın düşmesini engellenecektir.
- 25- Sağlık Bakanlığı ÜTS kaydı olmalıdır.
- 26- Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

Aksesuarlar:

- Bir şarj cihazı
- İki Şarj edilebilir pil
- Bir Kafalık,
- İki Kulp
- 3 çeşit filtre (şeffaf, gün ışığı, sıcak)

Ebru GÜNEŞ KARAVLİ
Ameliyathane Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Aydın YAVUZ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Cerrahi Anabilim Dalı
Diy. T.Ş. No: 148193