


## HASTABAŐI MONİTÖRÜ TANSİYON HORTUMU TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1.İstekliler tarafından teklif edilecek tansiyon hortumu Ge marka Solar-8000i model hastabaŐı monitörüne uyumlu olmalıdır.
- 2.En az 3 (üç) metre uzunluęunda olacaktır ( $\pm\%10$ ).
- 3.Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır.
- 4.Deęerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5.Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi deęerlendirme dıŐı bırakılacaktır.
- 6.Teslim edilecek tansiyon hortumu orijinal olacaktır.
- 7.Yüklenici tansiyon hortumunu depoya teslim edilmeden önce, tansiyon hortumunun orijinal olduęuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
- 8.Tansiyon hortumu ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Saęlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Ömer UYURCA  
Tekniker



Murat SOLMAZ  
Gazi Üniversitesi  
Saęlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri



## HASTABAŐI MONİTÖRÜ SATURASYON PROBU ARA KABLOSU ALIMI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek saturasyon probu ara kablosu GE marka Solar 8000i model hastabaŐı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2) YenidoĒan bebeklerde kullanılan disposable parmak problemlerine uyumlu olacaktır.
- 3) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 4) Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır.
- 5) DeĒerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 6) Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi deĒerlendirme dıŐı bırakılacaktır.
- 7) Teslim edilecek saturasyon probu ara kablosu orijinal olacaktır.
- 8) Yüklenici saturasyon probu ara kablosu depoya teslim edilmeden önce, saturasyon probu ara kablosunun orijinal olduĒuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 9) Saturasyon probu ara kablosu ikinci el olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 10) Saturasyon probu ara kablosu üretim hatasına karŐı 1 yıl garantili olacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
SaĒlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Ömer UYURCA  
Tekniker



Murat SOLMAZ  
Gazi Üniversitesi  
SaĒlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri

