

EKG CİHAZI EKG KABLOSU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.İstekliler tarafından teklif edilecek EKG kablosu GE marka MAC-2000 model EKG cihazına uyumlu olacaktır.
- 2.EKG kablosu 10 leadli, timsah ağızlı olacaktır.
- 3.EKG kablosu renk kodları kablo uçlarında yazacaktır.
- 4.En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ($\pm\%10$).
- 5.Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 6.Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 7.Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 8.Teslim edilecek EKG kablosu orijinal olacaktır.
- 9.Yüklenici EKG kablosunu depoya teslim edilmeden önce, EKG kablosunun orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 10.EKG kablosu ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker



Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

