



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23912025-02-338  
Konu : 2 KALEM MALZEME ALIMI  
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoğu  
Son Teslim Tarih & Saat : 14/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 13/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

## İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J09-090859	CERRAHİ VİDA ÇIKARTICI	1	ADET
2	J09-090859	CERRAHİ VİDA ÇIKARTICI	3	ADET

Memiş ÇOBAN  
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

[www.ihsis.gazi.edu.tr](http://www.ihsis.gazi.edu.tr)


Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

## ÜNİVERSAL ÇİVİ ÇIKARTMA SETİ

(1 ADET)

- Setin tüm parçaları tamamen Özel Sus420J2 japon paslanmaz çeliğinden üretilmiş olmalıdır. Başka bir çelikten üretilen malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Firma çeliğin fiziksel özelliklerine dair teknik bilgileri katalogda gösterebilmelidir.
- Setin tüm parçaları özel konteynır içerisinde muhafaza edilip sterile girebilmelidir.
- Set bir bütün halinde eksiksiz olarak alüminyum konteynır içerisinde teslim edilmelidir.
- Set içerisinde 1 adet sol el için PFNA Blade çıkarıcı uçlar için yivli tornavida sapı bulunmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet sağ el için PFNA Blade çıkarıcı uçlar için yivli tornavida sapı bulunmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet PFNA Blade çıkarıcı uç bulunmalıdır.
- Set içerisinde 7 adet farklı ölçülerde hegzagonal tornavida bulunmalıdır.
- Set içerisinde hem blade hemde çivi çıkartma tornavidalarına uygun 1 adet mastürbatör bulunmalıdır.
- Set içerisinde silindirik çakıcı bulunmalıdır.
- Set içerisinde çivi çıkartma uçlarının takılabileceği 1 adet tornavida sapı bulunmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet L tipi düz anahtar olmalıdır.
- Set içerisinde distal vida çıkarma uçlarına uygun bir adet T handle olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet çekici bağlantı rodu bulunmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet 11 lik anahtar bulunmalıdır.
- Set içerisinde 16 adet farklı uçlarda ve ölçülerde çıkarıcı rod bulunmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet L tipi hegzagonal anahtar olmalıdır.
- Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında, gözü alacak şekilde parlayan malzemedan yapılmış olmamalıdır.
- Tüm set konteynır dahil 34 parçadan oluşmalıdır.
- Tüm ürünler CE belgeli olacaktır.
- Cerrahi aletlerin üzerinde aletin çap bilgileri normal kullanımda her türlü temizlik ve sterilizasyon şartlarında silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Alınan aletler en az 134 C de buharlı otoklavda, etilen oksit, hidrojen peroksit ve kimyasal ürünler ile sterilizasyon yöntemlerine uygun olmalıdır. Aletler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
- İhaleye teklif veren firmalar setlerde, set bütünlüğünün bozulmaması için set olarak teklif vereceklerdir.


Prof. Dr. Mahan AÇIKAR  
T.C. Başkent Üniversitesi  
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.  
Dip. No: 10547 / Dip. No: 84188



**ÜNİVERSAL VİDA VE PLAK ÇIKARTMA SETİ**  
( Large Fragment Broken Screw Instrument )

(3 Adet)

- Setin tüm parçaları tamamen SUS420J2 paslanmaz japon çeliğinden üretilmiş olup teklif verenler çeliğin fiziksel özelliklerini katalog üzerinde gösterebilmelidir.
- Tüm parçalar konteynir içerisinde muhafaza edilip sıralanmış halde sterilize girebilmelidir.
- Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında, gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
- Tüm ürünler CE belgeli olacaktır.
- Cerrahi aletlerin üzerinde aletin çap bilgileri CE işareti ile normal kullanımda her türlü temizlik ve sterilizasyon şartlarında silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Alınan aletler en az 134 C de buharlı otoklavda, etilen oksit, hidrojen peroksit, ve kimyasal ürünler ile sterilizasyon yöntemlerine uygun olmalıdır. Aletler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
- İhaleye teklif veren firmalar setlerde, set bütünlüğünün bozulmaması için set olarak teklif vereceklerdir.
- 4.0mm Metal Delici Drill -1 Adet
- 5.0mm Metal Delici Drill -1 Adet
- 6.0mm Metal Delici Drill -1 Adet
- 2.0mm Kanüllü Tek Yönlü Oyucu – 1 Adet
- 2.7mm Kanüllü Tek Yönlü Oyucu – 1 Adet
- 4.0mm Kanüllü Tek Yönlü Oyucu – 1 Adet
- 5.0mm Kanüllü Tek Yönlü Oyucu – 1 Adet
- 6.5mm Kanüllü Tek Yönlü Oyucu – 1 Adet
- 8.0mm Kanüllü Tek Yönlü Oyucu – 1 Adet
- T başlı 3.5mm alyan uçlu Tornavida – 1 Adet
- T başlı 4,5mm tors uçlu, Tornavida – 1 Adet
- Ucu keskin hook – 1 Adet
- Üç Köşeli Keski Konik Reamer – 1 Adet
- 1.2mm kare uçlu tornavida – 1 adet
- 1.5mm çaplarında kare uçlu tornavida – 1 adet
- 2.3mm, yıldız uçlu tornavida – 1 adet
- 2.7mm , yıldız uçlu tornavida -1 adet
- 3.0mm, yıldız uçlu tornavida – 1 adet
- 3.4mm, yıldız uçlu tornavida – 1 adet
- 3.9mm, yıldız uçlu tornavida – 1 adet
- 4.3mm, yıldız uçlu tornavida – 1 adet
- 4.5mm, yıldız uçlu tornavida – 1 adet
- 5.3mm yıldız uçlu tornavida – 1adet
- 1.5mm, altıgen alyan uçlu tornavida -1 adet
- 2.0mm, altıgen alyan uçlu tornavida – 1 adet
- 2,5mm, altıgen alyan uçlu tornavida -1 adet
- 3.0mm, altıgen alyan uçlu tornavida -1 adet
- 3.5mm, altıgen alyan uçlu tornavida – 1 adet
- 4.0mm, altıgen alyan uçlu tornavida – 1 adet
- 4.5mm, altıgen alyan uçlu tornavida – 1 adet
- 5.0mm, altıgen alyan uçlu tornavida – 1 adet
- 5.5mm altıgen alyan uçlu tornavida – 1 adet
- küçük düz tornavida -1 adet
- büyük düz tornavida – 1 adet
- 4.0mm, ters yivli bozuk vida çıkarıcı uç- 1 adet

  
Prof. Dr. Mahan ATALAR  
C Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Ortopedi Ve Travmatoloji A.D.  
Dip No: 10957 Dip Tes No: 84188

- 3.5mm, ters yivli bozuk vida çıkarıcı uç – 1 adet
- 2.7mm, ters yivli bozuk vida çıkarıcı uç – 1 adet
- 2.5mm ters yivli bozuk vida çıkarıcı uç – 1 adet
- 1.2mm ters yivli bozuk vida çıkarıcı uç – 1 adet
- 4.0mm, kanül içi ters yivli vida ve rod çıkarıcı uç
- 5mm, kanül içi ters yivli vida ve rod çıkarıcı uç
- 6.5mm kanül içi ters yivli vida ve rod çıkarıcı uç
- oval osteotom – 1 adet
- bütün tornavidalara uyumlu T handle -1 adet
- bütün tornavidalar ile uyumlu düz handle – 1 adet
- kırık vida tutmak için kilitli klemp – 1 adet
- başı kırık vida gövdesi çıkarmak için farklı vida gövde çaplarına uyumlu ters yivli T çıkartıcı – 1 adet
- Kırık Vida Kenarlarını Sıyırmak için Keskin Perios – 1 adet

Prof. Dr. Hakan ATALAR  
TC Sazi Üniversitesi  
Sazi Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.  
Dip No: 10957 Dip 185 No: 34188

