



2024-09-3410

T.C  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA İSTEK BELGESİ

Rikret KARAKAYA

Tekniker



Telefon No : 26620

İşlem Tarihi : 13/09/2024

İstem No	28114	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri		İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi			

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz KVC Ameliyathanesinde kullanılması için gerekmektedir. İçin aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasını kapatılmasına emir ve müsadenedizi arz ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli					
Kısım No	Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarih	Birim Fiyatı	Merkez Depo Stok	İst. Depo Stok	Hastane D.Stok	Gecmiş Yıl Gecmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Ort.
1	0	J06-069197	KÖRÜK (AMELİYAT MASASI İÇİN)	0	1	ADET	0	31/10/2023	12000	0	0	0	1	1	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz KVC Ameliyathanesinde kullanılması için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Hemşirelik Hizmetleri Müdürüğü

17.09.2024

Faturalandırma Müdürüğü

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1. Kat 06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38


Stok Kontrolü Müdürüğü

17.09.2024

Satınalma Komisyon Başkanı

**NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından islahk olarak getirilmelidir.**

\*Gecmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir. /Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.  
\*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir. /Tüketim miktarları: "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ


İstem No : 28114  
İstem Tarihi : 13/09/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 13/09/2024 09:13:00

Malzeme Kodu : J06-069197  
Malzeme Adı : KÖRÜK (AMELİYAT MASASI İÇİN)

AMELİYAT MASASI KÖRÜK ALIMI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek körük Maquet marka Mera model ameliyat masasına uyumlu olacaktır.
- 2- Körük anti statik silinebilir, bakteri üretmeyecek özellikte olacaktır.
- 3- Körük ameliyat masasının fonksiyonlarına engel olmayacak şekilde olacaktır.
- 4- Körük masanın görselliğini bozmayacak siyah renkte olacaktır.
- 5- Körük ameliyat masasına monte edilip tüm fonksiyonlar test edilip çalışır durumda teslim edilecektir.
- 6- Körük ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 7- Körük 1(bir) yıl garantili olacaktır.
- 8- Yüklenici körük sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde depoya teslim etmiş olacaktır.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>GAZI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Ömer UYURCA Tekniker</p> 	<p>Harun BEYTULLAHOĞLU GAZI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknikeri</p> 