



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 227/30224-10-3535
Konu : 1 kalemli puntkum tıkağ setli alım
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Göz Poliklinik Ameliyathanesi Stogu
Son Teslim Tarih & Saat : 07/10/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Burosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Teklifin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süresi, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazını, silini, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir anıtlama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin , idarelerin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer atacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞÇA BELİRTMEYECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M. Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-011302208	GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GÖZ POLİKLİNİK AMELİYATHANESİ STOGU İHTİYAÇ SETİ (TUM ŞEKİL VE ÖZELLİK) (3/G)	30	ADET

MEMİŞ ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihale.gazi.edu.tr
Şartname Eklisi Dosyada Sunulmaktadır.

Delikli Punktum Tıkacı S-01130208

- 1) Silikondan mamul olmalı,
- 2) İnce, çözünebilir olmayan yapıda olmalı,
- 3) PVP kaplı olmalıdır.
- 4) Yaş göz tedavisinde kullanılmalı, yerleştirildikleri noktada göz kapağı çizgisini takip edecek şekilde özel olarak kesilmeli ve bu sayede azami konfor ve kalıcı rahatlık sağlamalı,
- 5) En iyi silikondan imal edilen perforated (delikli) pluglar, tam emilme ve azami konfor için göz kapağı kenarında birikmeyi önlemek üzere çok ince kolaretlere (yakalara) sahip olmalı,
- 6) Plug'ın ortası delikli, kanalı iki yandan daraltmak amacı ile dizayn edilmiş olmalı,
- 7) Göze özel bir araç ile yerleştirilip forsepslerle kolayca çıkarılabilmeli
- 3) En az mini ve medium olarak 2 farklı ebadı olmalı.

(boyun genişliği x uzunluk)

1.5 x 2.00 mm veya 1.2 x 1.5 mm

Doç.Dr.Hüseyin Baran ÖZDEMİR
T.C.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları
Diploma No: 2011-09-0148
Diploma Tesatı No: 137654

Doç. Dr. Betül Seher UYSAL
Gazi Üniv. Tıp Fak. Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tescil No: 147 604

S-01130208

GZ1208-PUNKTUM TIKACI

1. Silikondan mamul olmalı, ince, çözünebilir olmayan yapıda olmalı,
2. Kuru göz tedavisinde kullanılmalı, yerleştirildikleri noktada göz kapağı çizgisini takip edecek şekilde özel olarak kesilmeli ve bu sayede azami konfor ve kalıcı rahatlık sağlamalı,
3. En iyi silikondan imal edilen punctum pluglar, tam emilme ve azami konfor için göz kapağı kenarında birikmeyi önlemek üzere çok ince kolaretlere (yakalara) sahip olmalı,
4. Göze özel bir araç ile yerleştirilip forsepslerle kolayca çıkarılabilirmeli,
5. En az 5 farklı ebadı olmalı. (Yaka genişliği x uzunluk x boyun genişliği) Mini 0.8 x 1.5 x 0.45mm

Doc. Dr. Huseyin Baran ÖZDEMİR
T.C. Gazl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları
Diploma No: 2019-09-0148
Diploma Teskil No: 157664

Doc. Dr. Betül Seher UYSAL
Gazl. Univ. Tıp Fak. Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Teskil No: 147 604