



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 227/2024-10-3548
Konu : Biyomedikal Birimi (Acil Servis Ünitesi) için Defibrilatör Bataryası Alımı
Talep Eden Birim : İdari Depolar / Biyomedikal Şoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 09/10/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 08/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltilmiş bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)ye , kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/UTS ve kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OULACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesaitalima@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J06-063858	DEFİBRİLATOR BATARYASI.	1	ADET

Memis ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.fhsis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.

DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYA ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek batarya Mindray marka beneheart D6 model defibrilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2- DC 14.8V 4500mAh 66.6w özelliğinde olacaktır.
- 3- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 4- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Teslim edilecek defibrilatör cihazı bataryası orijinal olacaktır.
- 7- Yüklenici defibrilatör cihazı bataryası depoya teslim edilmeden önce, defibrilatör cihazı bataryasının orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 8- Defibrilatör cihazı bataryası ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 9- Üretim tarihinden itibaren 6 ay geçmemiş olacaktır.

