



**T.C**  
**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi**

**TEKLİF İSTEM FORMU**

İstem No/Alım No : 239/2025-02-361  
Konu : 2 kalem kaleler alımı  
Talep Eden Birim : Laboratuvar Deposları / Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoku  
Son Teslim Tarih & Saat : 17/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 14/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proförma faaliyetinin aşęğıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad, soyaad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir ağıklamla ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalemin /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKTİR.  
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Mikodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01-G097	KR1142 GUIDING KORONER KATETER SOL EXTRA BACK UP 7F TİP 3.5 (YAN DELİKLİ)	15	ADET
2	J01-01-G038	KR1142 GUIDING KORONER KATETER SOL EXTRA BACK UP 7F TİP 4.0 (YAN DELİKLİ)	15	ADET

MENİŞ COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
EK :  
www.ihales.gov.tr  
Şartname Eklil Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29696  
İstem Tarihi : 10/02/2025  
Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 10/02/2025 15:17:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J01-01G038	KR1142 GUIDING KORONER KATETER SOL EXTRA BACK UP 7F TİP 4.0 (YAN DELIKLİ)

- 1- Koroner angioplastide kullanılacaktır.
- 2- Kateterin uç kısmı damar içine zarar vermesini engellemek için yumuşak tip olacaktır.
- 3- Kateterin ucu **7F sol extra back up 4.0** özelliğinde, boyu 90-110 cm uzunluğunda ve yan delikli olmalıdır.
- 4- Esnek yumuşak materyalden yapılmış olacaktır.
- 5- Önceden şekillendirilmiş uçlarının (memory) damara girişte yönlendirilirken guide-wire ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli aynı materyalden hafızası olacaktır.
- 6- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç duvarları örgülü çelik telle beslenmiş olacaktır.
- 7- Kateterin bağlantı ucu "Luerlock" sistemine uygun olacak ve üzerinde French numarası belirtilmiş olacaktır.
- 8- Kateterler steril orjinal ambalajında teslim edilecektir.
- 9- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
- 10- Kateterler 0.038 (sıfır nokta sıfır otuzsekiz) guide-wire ile kullanılacaktır.
- 11- Kateterler şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- 12- Kateter CE belgeli olmalıdır.
- 13- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay miyatlı olacaktır.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğr. Üyesi Emrullah MİLTUNÇ T.C. Gazi Üni. Sağlık Uyg. Araştırma Merkezi Kardiyoloji A.B.D. Dip. Tesc. No: 137142 - Dip. No: 15001</p>	<p>Doc. Dr. Burek SEZENÖZ T.C. G. Ü. T. F. Gazi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D. Dip. Tesc. No: 113142 - Dip. No: 000239</p>

Hemşire Gülçin ARAS

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29696

Döküm Tarihi : 10/02/2025 15:15:00

İstem Tarihi : 10/02/2025

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-01G097

KR1142 GUIDİNG KORONER KATETER SOL EXTRA BACK UP 7F TİP 3.5 (YAN DELİKLİ)

- 1- Koroner angioplastide kullanılacaktır.
- 2- Kateterin uç kısmı damar içine zarar vermesini engellemek için yumuşak tip olacaktır.
- 3- Kateterin ucu **7F sol extra back up 3.5** özelliğinde, boyu 90-110 cm uzunluğunda ve **yan delikli** olmalıdır.
- 4- Esnek yumuşak materyalden yapılmış olacaktır.
- 5- Önceden şekillendirilmiş uçlarının (memory) damara girişte yönlendirilirken guide-wire ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli aynı materyalden hafızası olacaktır.
- 6- Mükemmel torque (döndürme) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç duvarları örgülü çelik telle beslenmiş olacaktır.
- 7- Kateterin bağlantı ucu "Luerlock" sistemine uygun olacak ve üzerinde French numarası belirtilmiş olacaktır.
- 8- Kateterler steril orjinal ambalajında teslim edilecektir.
- 9- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
- 10- Kateterler 0.038 (sıfır nokta sıfır otuzsekiz) guide-wire ile kullanılacaktır.
- 11- Kateterler şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- 12- Kateter CE belgeli olmalıdır.
- 13- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay miyatlı olacaktır.

HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN
Dr. Öğr. Üyesi Emine KIZILTUNÇ T.C. Gaz. Ü. Sağlık Uyg. ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji A.D. Dip. Tesc. No: 113142 - Dip. No: 600239	Doç. Dr. Burak SEZENÖZ T.C. G.Ü. T.S. Gazi Hastanesi Kardiyoloji A.D. Dip. Tesc. No: 113142 - Dip. No: 600239	

Hemşire Gülçin ARAS

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi