



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 22B9024-10-3644

Konu : 1 Kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku

Son Teslim Tarih & Saat : 22/10/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 21/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Protorma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7-Teklif verilmeceyse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi .
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarelerin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı TTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösteren , Ulusal Bilgi Bankası' internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011970	OKSİJEN MASKESİ HAZNESİZ (ERİŞKİN)	6000	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD


Opsiyon :

Teslimat :

EK :

www.ihis.gazi.edu.tr

Şartname Eklil Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 27/04/2022
Bölüm Adı : Reanimasyon Yb Stoğu

Döküm Tarihi : 27/04/2022 11:06:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-011970 OKSİJEN MASKESİ HAZNESİZ (ERİŞKİN)

1. Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.
2. Maske yumuşak, tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Kolayca temizlenebilmelidir.
4. Maskenin O2 giriş yeri ile flowmetre arasında ara konnektörü olmalı ve hortum uzunluğu 170cm (+/- 10) olmalıdır.
5. Baş çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı, lastiğin O2 maskesine bağlantı yerinden çıkmasını engelleyen klemp bulunmalıdır.
6. Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2 çıkaracak delikler olmalıdır.
7. Hortumu kaza ile kıvrılırsa bile O2'yi iletebilme özelliğine sahip olmalı, fleksible olmalıdır.
8. Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalıdır.
9. Maskenin hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine bağlı olan sisteme uyumlu olmalıdır.
10. Maskenin hortum kısmı ambu cihazına takılabilir nitelikte olmalıdır.
11. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalıdır.
12. Ambalajı tekli, temiz poşet içinde olmalıdır.
13. Şeffaf olmalıdır.
14. Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalıdır.
15. Kokusuz olmalıdır.
16. CE'ye uygunluğu belgelenmelidir.
17. Ambalajların üzerinde barkot okuyucuların okuyabileceği UBB Barkodu bulunmalıdır.
18. Bağlantı yerleri kolay açılmamalı, bükülme ve kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
19. Maskenin bağlama lastiklerinin maskeye geçişi kolay geçiş sağlayacak şekilde uç kısımlarının lastiğin normal yapısından daha sert olmalıdır. Bu sert kısım kolay deforme olmamalıdır.
20. Teklifte birlikte en az 3 numune getirilmelidir. Nihayi karar numune değerlendirmesi sonrası verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Esra BUĞDAYLI
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Vefat Sorumlusu