



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İsmin No/Alım No : 2292024-10-3722  
Konu : 1 kalem özel birleştirilmiş dura yaması alımı  
Talep Eden Birim : Servis Depoları / Nöroşifahi Servisi Stogu  
Son Teslim Tarih & Saat : 28/10/2024 17:00:00  
İlan Tarihi : 25/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyacı duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajını bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idareten kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIÇA BELİRTMEYECEKTİR.  
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Mikodu     | Malzeme Açıklaması  | Miktar | Birim |
|------|------------|---|--------|-------|
| 1    | J01-010581 | HG1080 ÖZEL BİÇİMLENDİRİLMİŞ DURA YAMASI 7.5X7.5 CM (+/- 1) | 25     | ADET  |

MEMİŞ ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
[www.ihbis.gazi.edu.tr](http://www.ihbis.gazi.edu.tr)  
Şartname Eklil Dosyada Sunulmaktadır.

XENOGREFT ÖZEL BİÇİMLENDİRİLMİŞ  
FASİYALAR/MEMBRANLAR,PERİKARD  
(Sut Kodu: HG1080)

TEKNİK ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. Teklif edilecek olan Dura materyali %100 olarak sığır aşil tendonundan elde edilmiş, %95 saflıkta tip 1 kolajenden mamül olmalıdır. Kesinlikle kadavradan mamul olmamalı veya sentetik madde içermemelidir.
2. Ürün dura hücrelerinin içine işlemesine olanak verecek matriks yapıda üretilmiş olmalı ve ürünün bu özelliğe sahip olduğu paketin üzerinde de belirtilmiş olmalıdır. Ürünün gözeneklilik değeri %90 ve üzeri olmalıdır.
3. Kullanmadan önce herhangi bir ön hazırlık veya dehidrasyon gerektirmemeli, steril ambalajından çıktığı gibi tatbik edilmeli, uygulanır uygulanmaz orijinal dura ile etkileşerek BOS akıntısını durdurmalı ve iyileşme prosedürünü başlatmalıdır. Ürünün her iki tarafı da aynı özellikte olmalı ve uygulama esnasında üst ve alt olarak bir farklılık bulunmamalıdır.
4. Teklif edilen ürün spesifik olarak Nöroşirürji prosedürlerinde Dura defektlerinin tamiri için üretilmiş olmalıdır.
5. Ürün kraniyal veya spinal her türlü dura rezeksiyonunda suture kullanmadan güvenle kullanılabilir, tüm dura defektlerinde endike olmalıdır.
6. Teklif edilen materyalin fiziki yapısı, ıslatılmadan önce de yumuşak olmalı ancak bu esnada özellikle spinal vakalarda ihtiyaç duyulan sağlamlığı sağlamalıdır. Gerek beyin kıvrımlarına gerekse sinir köklerine tam olarak uyum göstermeli, ıslandığında temas ettiği yüzeyin tam şeklini almalıdır. Materyal orijinal dura tabakasından daha kalın ve pamuğumsu yumuşak bir yapıda olmalı, dura üzerine uygulandığında sahadaki sıvıları çekerek incelmeli ve dura tabakası ile bütünleşmelidir.
7. Materyalin tespiti için suture gerektirmemeli, ilave yapıştırıcıya lüzum kalmadan kendiliğinden yapışmalıdır. Yapışma ürünün doğal yapısı ile gerçekleşmeli, ürün kesinlikle doku yapıştırıcı madde içermemelidir.
8. Teklif edilen materyal, alkol, iyot veya ağır metaller içeren solüsyonlar gibi ameliyat sahasında bulunabilecek yabancı maddelerden etkilenmemeli, özelliğini yitirmeyerek güvenle kullanılabilir.
9. Ürün oda sıcaklığında saklanabilir kesinlikle soğuk zincir gerektirmemeli ilave soğutucuya gerek kalmadan depoda veya ameliyathane dolaplarında saklanabilir.
10. Tüm hasta gruplarında (çocuk, yetişkin, yaşlı, hamile v.s.) ayırt edilmeksizin güvenle kullanılabilir.
11. Teklif edilecek ürün 7.5cm x 7.5cm ebadında olmalıdır.

Doç. Dr. Burak M. RAASLAN  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dipl. No: C1186 Disiplin No: 130750

Prof. Dr. A. Meriç KAYMAZ  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ  
Dipl. No: 413  
Dipl. Tes: 54473

12. Vücuda uyumlu olmalı, reaksiyon yaratma ihtimali çok düşük olmalı, duranın kendini yenileme süreci ile eş zamanlı olarak absorbe olmalı, 2 – 4 ay arasında bu işlem tamamlanmalıdır.
13. Teklif edilen ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Süreyi karşılamayan teklifler dikkate alınmayacaktır.
14. Ürün etilen oksit veya etanol ve propilen oksit veya gama ışınlaması kullanılarak steril edilmiş olmalıdır.
15. Firma, kurum tarafından istendiği takdirde, teklif edilen ürün ile alakalı yayınlanmış bilimsel yayınları sunabilecektir.
16. Ürünü ithal eden distribütör firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı Satış sonrası Hizmet Yeterlik belgesi olması gerekmektedir.
17. Ürünün CE ve FDA belgeleri bulunmalıdır. Belgeler istenildiğinde ibraz edilmelidir.

Dip. Dr. Murat KARAASLAN  
T.C.G.Ü. Gazi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. No: CI 1136 Dip. Tes. No: 150/50

Prof. Dr. A. Mehmet RAYMAZ  
T.C. G.Ü. Gazi Hastanesi  
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ  
Diploma No: 413  
Dip Tes. 54473