



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2293024-10-3723
Konu : 1 kalem erişkin hazneli nebulizer maske alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 28/10/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 25/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Profoma fiyatının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alınma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-1-teklif verilen malzemenin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir. birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip, teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İçişleri Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye, kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB'da/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/UTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M. Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-014316	OR4260 MASKE NEBULİZER SET HAZNELİ (ERİŞKİN)	3000	ADET

MEMİŞ COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Sartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1

Döküm Tarihi : 24/07/2024 10:09:00

İstem Tarihi : 24/07/2024

Bölüm Adı : Postanestezik Yoğun Bakım Ünitesi

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-014316

OR4260 MASKE NEBULİZER SET HAZNELİ (ERİŞKİN)

(J01-014316) NEBUL BAŞLIĞI (ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set maske, bağlantı hortumu ve hazneden oluşmalıdır.
2. Bağlantı hortumunun uzunluğu 170 cm (+/- 10) olmalıdır.
3. Bağlantı yerleri kolay açılmamalı , kırılma ve bükülmeye dayanıklı olmalıdır.
4. Maske hastanın burun ve yüz yapısına anatomik olarak kolayca uyum sağlayabilmelidir. Cildi tahriş etmeyen, non-toksik medikal sınıf PVC ' den üretilmiş olmalıdır. Haznenin iç kısmında bulunan keskin yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır.
5. Maske üzerindeki baş lastiği esnek ve fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmamalıdır. Lastiğin nebul maskesine bağlantı yerinde çıkmasını engelleyen klemp bulunmalıdır. Uçları deforme olmamalıdır.
6. Her iki yanında hava girişi ve CO2 çıkışı için delikler olmalıdır.
7. Maskenin yüzde rahat durmasını sağlayacak tahriş yapmayan ince metal burun mandalı bulunmalıdır.
8. Set içindeki haznenin hacmi en az 5 ml. olmalıdır.
9. Rezidüel hacmi (ölü hacim) ilaç kaybını önleyebilmek için 0,5 ml-0,7 ml'den fazla olmamalıdır.
10. Set nebul solüsyon formundaki ilaçları gibi ilaçları 5-7 dakika içinde bitirebilmelidir.
11. Tekli temiz poşetler içinde paketlenmiş olmalıdır.
12. Kolayca temizlenebilir olmalıdır.
13. Kokusuz olmalıdır.
14. Hortum ucu hazneye ve nebulizatör veya oksijen manometresi giriş yada hastanemiz merkezi oksijen sistem yerine uyumlu olmalıdır.
15. Barkod okuyucuların okuyabileceği UBB Barkodu bulunmalıdır.
16. Nebul bağlantısını maskeden ayrılabilir ve kolay geri takılabilir olmalıdır
17. Maskenin hortum kısmı ambuyada takılabilir nitelikte olmalıdır.
18. Malzeme CE veya TSE kalite belgesine sahip olmalıdır.
19. Her malzemenin üzerinde UBB barkodu olmalıdır.
20. Teklifte birlikte en az 3 adet numune getirilmelidir. Nihayi karar numune değerlendirmesi sonrası verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Hemşire,
Melike Nispet
Yılmaz