



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 30/10/2024
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 30/10/2024 11:09:00

Malzeme Kodu : J01-012607
Malzeme Adı : OR2880 TROKAR 10-15 MM.

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlara kullanıma uygun olmalıdır.
3. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanım imkanı sağlamalıdır.
4. Trokar, 10 mm'den 15 mm çapına kadar olan el aletlerinin geçişine ekstra bir konvertör ihtiyaç duymaksızın kullanılabilir.
5. Trokarın uzunluğu 100 mm olmalıdır.
6. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.
7. Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batin içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Doku yaralanmasını önlemek için trokarın ucunda hızlı hareket edebilen şeffaf emniyet mekanizması olmalıdır.
9. Kanülün batin duvarından dışarı çıkmasını engelleyen vida sistemine olmalıdır.
10. Trokarın bıçağı piramit şeklinde olup prizmatik kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
11. Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmelidir.
12. Fasya defegini önlemek için trokarın batına giriş esnasında cerrahın uyguladığı döndürme hareketinden bağımsız olarak bıçak sabit kalmalıdır.
13. Trokar kanülü radiografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
14. Steril paketinin içerisinde 5-12 mm çap düşürücü bulunmalıdır.
15. Steril paketinin içerisinde 5 mm çap düşürücü bulunmalıdır.
16. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri steril paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
17. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
18. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
19. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
20. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

[Signature]
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ameliyathane Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi